



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДОБРА**

РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НРРС

Број : А460/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 18.11.2019.год за наведену јавну набавку у отвореном поступку а у складу са чланом 63.став 3 ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде :

ПИТАЊЕ 1.

Да ли је довољно доставити једну меницу попуњену са 10% од укупног износа за све партије на које излазимо ?

ПИТАЊЕ 2.

У партији број 2. у опису колоне стоји да је дужина 100мм, да сада сте увек користили колону од 50мм, да ли желите колоне као до сада или треба да буду дуже?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1. :

Довољно је доставити једну меницу уз менично овлашћење за озбиљност понуде са 10% од укупног износа за све партије на које излазите.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2. :

У партији број 2.у опису колоне ,Наручилац остаје при свом ставу да дужина колоне за одређивање митотана С18 аџа буде 100мм.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ