



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 164  
Датум: 11.02.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Тестови за одређивање крвних група број 4А/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 31.01.2019. године.  
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊА:**

Анализом конкурсне документације за јавну набавку добара, бр. 4А/2019- Тестови за одређивање крвних група, као и анализом одговора који сте дана 07.02.2019. године објавили на Порталу јавних набавки уочили смо одређене чињенице у вези захтеване техничке спецификације за поједина добра у предметној јавној набавци. С тим у вези, молимо Вас за додатним појашњењем на доле наведена питања како бисмо избегли евентуалне недоумице приликом припремања понуде за предметну јавну набавку:

1. Наручилац је за ставку 7 - "Gel kartice za krvne grupe pacijenata sa A, B, DVI-ili DVI+, AHG/DAT, cti" и ставку 9-"Gel kartica za 1 interreakciju sa A, B, DVI-ili DVI+, AHG/DAT, cti" у оквиру партије 24 и 25 захтевао гел картице са идентичном конфигурацијом. Да ли то значи да потенцијални понуђачи треба да понуде исту картицу за обе ставке у наведеним партијама? Ако је тако, не видимо разлог да не буду специфициране као једна ставка, а не као две одвојене с обзиром да се ради о идентичној захтеваној конфигурацији.
2. Наручилац је у оквиру партије под редним бројем 36- Gel kartica za više interreakciju sa A, B, DVI- , AHG/AHG/AHG у оквиру конфигурације захтевао само DVI- микроколону док је за ставке 24/7, 25/7, 24/9 | 25/9 захтевао DVI- или DVI+ микроколону. С обзиром да су сва наведена добра истородна и имају исту намену, за имуносеролошка тестирања пацијената, молимо Вас за објашњење из ког разлога је наведена картица одвојена у засебну партију и зашто је у оквиру њене конфигурације захтевана само DVI- микроколона, а за ставке 24/7, 25/7, 24/9 | 25/9 DVI- или DVI+.
3. Увидом у одговор Наручиоца од 07.02.2019. године на питање потенцијалног понуђача: "Да ли може бити понуђена и гел картица са прогиреном спецификацијом А, В, АВ, DVI-, DVI+, IgG, AHG, cti" за ставке 24/7 и 25/7 Gel kartice za krvne grupe pacijenata sa A, B, DVI-ili DVI+, AHG/DAT, cti" испитивањем тржишта можемо са сигурношћу констатовати да се предложена конфигурација гел картице од стране потенцијалног понуђача налази само и искључиво у оквиру гел картице за одређивање крвних група новорођенчади.

С обзиром да сте у оквиру партије 24 и 25 за ставку под редним бројем 1 (Гел картице за одређивање крвне групе новорођенчади) већ захтевали ту врсту гел картице, сматрамо да иста врста картице, тј. картица за одређивање крвне групе новорођенчади не може бити понуђена за ставку под редним бројем 7 у оквиру партија 24 и 25.

Молимо Вас да приликом стручне оцене понуда потенцијалних понуђача обратите пажњу на горе наведене чињенице.

**ОДГОВОРИ:**

1. – 3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

*Марија Јовић*

