



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова 2  
СРБИЈА

Број: 228

Датум: 21.02.2019. год.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Услуге одржавања - ангио сале, произвођача Siemens, број јавне набавке: 15Т/2019**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 01.02.2019. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊА:**

„На страни 13 од 39 конкурсне документације у тачки 4 и на страни 27 од 39 у тачки 4.5 предлажемо да се напише следеће:

Уколико понуђач не изврши своју уговорну обавезу, која се односи на функционалност једног од апарата који су предмет уговора у вредности од 95% аптајма, санкција би се израчунавала на следећи начин:

- од 95% до 90% реализованог аптајма, за апарат који није постигао функционалност важење уговора се продужава за још 30 дана без права понуђача да то продужење и додатно наплати за предметни апарат;
- од 90% до 85% реализованог аптајма, за апарат који није постигао функционалност важење уговора се продужава за још 45 дана без права понуђача да то продужење и додатно наплати за предметни апарат;
- у случају да само један апарат оствари аптајм испод 85%, уговор се раскида и реализује се банкарска гаранција за добро извршење посла у износу предвиђеном само за тај апарат.

На страни 20 од 39 тендерске документације у тачки 8 предлажемо да се дода следеће:

минимално 2 (два) запослена радника техничке струке, са важећим сертификатом произвођача за одржавање предметне опреме (опрема из прилога 7)

**ОДГОВОРИ:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањима.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**