



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 01.03.2019.
БРОЈ: 315

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Амбалажа за збрињавање медицинског отпада**

Број јавне набавке 21К/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“ и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У конкурсној документацији за јавну набавку „Амбалажа за збрињавање медицинског отпада“ број 21К/2019, у спецификацијама везане за партију 3 и 4, навели сте као услов „минимална дебљина зида 2мм“.

Како овај параметар зависи од технологије израде конкретног произвођач, а који зависи од самог склопа алата, материјала који се користи и опреме на којој се производе ова добра и чија **минимална вредност није прописана ниједним стандардом**, сматрамо да се навођењем ове техничке карактеристике сужава конкуренција и директно фаворизује производни програм само једног конкретног понуђача чиме директно кршите члан 10, ЗЈН.

Указујемо да наведена техничка карактеристика није у вези са остваривањем функције и намене тражених добара, као и да нема директан/искључив утицај на непробојност контејнера. Кроз техничке карактеристике запремине и минималне носивости сте већ довољно дефинисали наведени производ. С обзиром да се конкурсном документацијом тражи и достављање „Извештаја о испитивању материјала, извештаја техничких карактеристикама као и доказ да добра испуњавају услове за транспорт и третман медицинског инфективног отпада у складу са УН стандардима који су издати од стране акредитованих лабораторија, **а који потврђују исправност, квалитет и функционалност ових производа**, сматрамо да је навођење минималне дебљине зида сувишно и наведено само у циљу фаворизовања производног програма произвођача „АЦОМА ДОО“, чији производи једини на тржишту Републике Србије имају тражену минималну дебљину од 2 мм, што је јавно доступан податак и може се проверити на линку: <http://www.utot.gov.rs/ambalaza.php>. Навођење ове техничке карактеристике је озбиљна повреда члана 76. ЗЈН, који прописује да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу Понуђаче.

Из свега горе наведеног, молимо Вас да појам минималне дебљине избаците из конкурсне документације или ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права.

ОДГОВОР:

1. Наручилац је дефинисао техничке карактеристике амбалаже у складу са својим потребама, тј. обзиром да Наручилац поседује сопствене погоне за третман инфективног отпада и оштрих предмета.

Дефинисање дебљине зида кутије за оштрице је минимални захтев стручне комисије Наручиоца у циљу спречавања пробоја тела кутије оштрим предметима и смањена ризика од повреда особља погона за третман отпада, јер се у пракси показало да кутије са тањим зидовима од 2 мм, чак и са одступњима од 10% подложније деформацијама приликом третмана, чиме се значајно повећава ризик од пробијања тела кутије.

Такође, наведена карактеристика од 2 мм за дебљину зида је компромис, јер сматрамо да дебљина зида кутије, у идеалним условима треба да буде између 2,5мм и 3мм, у циљу конкуретности понуда. Наручилац је истраживањем тржишта утврдио да, поред домаћих дистрибутера и произвођача, постоје и инострани произвођачи и дистрибутери који могу испунити захтеве Наручиоца, јер Одсек за транспорт опасне робе, Сектора за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није једина институција која може издавати "UN2391" сертификат, што је Наручилац и предвидео конкурсном документацијом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ