



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.03.2019.
БРОЈ: 339

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате**

Број јавне набавке К49/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“ и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У конкурсној документацији ЈНОП К49/2019 за партију 1, ставке 1.2, 1.3, 1.4 дали сте следеће техничке карактеристике:

1.2.	ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром, 25mm,0.30 (30G) (кутија 25/1),
1.3.	ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром, 37mm,0.46 (26G) (кутија 25/1)
1.4.	ЕМНГ иглене електроде са волфрам језгром, 50mm,0.46 (26G) (кутија 25/1)

на тај начин је прекршен члан 10 и 72 ЗЈН јер само један понуђач може понудити такве електроде које су регстроване у АЛИМСу. Како би обезбедили већу конкуренцију и поштовање ЗЈН прелажемо да извршите измену документације за јавну набавкуК49/2019 тако што ће техничке карактеристике гласити:

1.2.	ЕМНГ концентричне иглене електроде, 25mm,0.35 (28G) (кутија 25/1),
1.3.	ЕМНГ концентричне иглене електроде, 37mm,0.46 (26G) (кутија 25/1)
1.4.	ЕМНГ концентричне иглене електроде, 50mm,0.46 (26G) (кутија 25/1)

Том изменом много више понуђача би могло да преда своју понуду, наручилац би имао већи избор, и ЗЈН би био поштован.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

Уколико наручилац добије понуду са иглама које немају волфрам језгро, наручилац ће, у сврху правилне оцене понуда, од понуђача затражи достављање узорка за ту партију, а што је предвиђени конкурсном документацијом прилогом број 7. у тачки 4) осталих услова, и на основу тестирања узорка утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима наручиоца, односно да ли су компатибилни са апаратима које поседује наручилац.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ