



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 05.04.2019.  
БРОЈ: 516

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ  
Број јавне набавке K58/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и  
на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем  
даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

1. Партија 5. Индикатор за биолошку контролу ефикасности стерилизације аутоклава за апарат  
марке Steris Verify.

Питање : Која концентарција *Bacillus stearothermophilus*?

Које време очитавање резултата ?

Какав тип индикатор је потребан: ампула за биолошку контролу или стрип за биолошку контролу?

**ОДГОВОРИ:**

1. Концентрација *Geobacillus stearothermophilus*  $2.9 \times 10^5$ , време очитавања од 18ч до 24ч и тип  
индикатора је ампула.

Понуђач који нуди добра у партији бр.5 дужан је да достави изјаву произвођача понуђених добара  
(преведену од стране судског тумача) из чије садржине ће на несумњив начин моћи да се утврди да  
су понуђена добра компатибилна са апаратом Steris Verify.

Понуда која не буде садржала овај доказ биће одбијена као неприхватљива.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**