



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.04.2019.
БРОЈ: 530

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ
Број јавне набавке K58/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. Молимо Вас, за додатно појашњење у вези ЈН K58/2019, у смислу да ли је могуће за партију 5 (ставка 5.1) Индикатор за биолошку контролу ефикасности стерилизације аутоклава(за апарат марке Steris Verify), да се понуди индикатор ампула за биолошку контролу концентрације *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953, population 1x10⁶, време читавања до 24ч ?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ