



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.04.2019.  
БРОЈ: 537

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ  
Број јавне набавке K58/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и  
на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем  
даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

1. У одговору на питање за Партију 5 тражили сте да се достави Изјава произвођача да су понуђена добра (биолошки индикатори) компатибилна са апаратом Steris Verify. Молимо вас да нам дефинишете појам "компатибилна" са апаратом Steris Verify? По чему се тај апарат разликује од осталих стандардних аутоклава?

**ОДГОВОРИ:**

1. Поштовани, апарат Steris Verify није аутоклав, већ апарат - инкубатор у који се постављају ампуле са спорама (након што су прошле процес/циклус стерилизације у парном аутоклаву).

Појам „компатибилан,, у овом случају значи да понуђач мора дати понуду биолошких индикатора (ампула са спорама) који одговарају апарату - инкубатору Steris Verify, односно да понуђени биолошки индикатори (ампуле са спорама) могу да се користе за процес контроле стерилизације у овој врсти апарата за биолошку контролу стерилизације употребом биолошких индикатора.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**