



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 8.11.2019.

БРОЈ: 1429

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници  
Број јавне набавке КМ120/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници  
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје  
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питање :**

1. У техничкој спецификацији стоји: *"Оверено испитивање у квалитетима рендгенског зрачења"*.

Да ли уз уређај треба доставити уверење о еталонирању издато од стране националне метролошке институције или носиоца националног еталона за дозиметријске величине?

**Одговор :**

1. Да. Изабрани понуђач (о свом трошку и организацији) треба да достави одговарајуће уверење.

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**