



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.03.2019.  
БРОЈ: 381

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ДУШЕЦИ ЗА БОЛЕСНИЧКЕ КРЕВЕТЕ И АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕЦИ,  
ЈАСТУЦИ И ЋЕБАД  
Број јавне набавке КМ32/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и  
на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем  
даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

1. У техничкој документацији за Партију 3 – Јастук навели сте да јастук треба да буде отпоран при прању на вишим температурама до 90<sup>0</sup> С. По стандарду SRPS EN ISO 105-C06:2012 микрофибер платно (100% полиестер) као и пуњење се пере на 40<sup>0</sup> С. Ову нашу сугестију можете проверити код било које лабораторије регистроване на територији Србије.

Сходно овоме, молимо Вас да промените овај део у КД, температуру, на којој ће се прати јастук.

2. У Конкурсној документацији на страни 30 у тачки 1 стоји:

Сви понуђачи су дужни да за узорке које достављају за партије број 1, 2, 3 и 4, у понуди доставе доказ (Потврда, Уверење, Сертификат) који мора бити издат од стране овлашћене акредитоване лабораторије која је уписана у регистар који се води код Акредитационог тела Србије (доставити извод из Регистра), којим се потврђује да је узорак који је достављен наручиоцу у свему према техничким карактеристикама које је наручилац дефинисао конкурсном документацијом.

Имајући у виду да је производ из партије 2 регистрован у АЛИМС-у и да не постоји лабораторија у Србији која врши тражена иситивања, да ли решење АЛИМС-а може да буде доказ усаглашености.

3. Партија бр. 4: У документацији нисте дефинисали на који се начин затвара штеп дека, да ли се пришива тзв анфас трака (памук или синтетика) или је штеп дека затворена са оверлок машином.

**ОДГОВОРИ:**

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

2. За партију бр.2 довољно је доставити решење АЛИМС-а.

3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**