



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 8.4.2019.

БРОЈ: 528

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ФРИЖИДЕР ЗА ЧУВАЊЕ КРВИ И ЗАМРЗИВАЧ  
Број јавне набавке КМ37/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питања :**

1. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се у јавној набавци понуди вертикални замрзивач са који уместо полица има 4 одвојене преграде које се затварају унутрашњим вратима?
2. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се у јавној набавци понуди вертикални замрзивач чије су спољне димензије 820x975x2010 мм?
3. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се у јавној набавци понуди вертикални замрзивач чија је унутрашњост оштрих Ивица?
4. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се у јавној набавци понуди вертикални замрзивач

**Одговори :**

1. Наручалац у свему остаје при захтеву из конкурсне документације.
2. Због ограниченог простора где ће се налазити замрзивач, потребно је понудити замрзивач чија спољашња ширина не прелази 670 мм.
3. Потребно је понудити замрзивач чија је унутрашњост заобљених ивица ради лакшег чишћења.
4. Потребно је понудити **Замрзивач вертикални.**

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**