



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 15.4.2019.

БРОЈ: 576

# СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРА СТЕРЕОТАКСИЧНЕ РАДИОТЕРАПИЈЕ

## Број јавне набавке К118/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### ПИТАЊА:

1. У прилогу 7 за Партију 2 –Термопластична маска за главу типа С сплит дефинисали сте: тип маске С сплит. Тип S сплит маска указује на производ једног произвођача, односно понуду једног понуђача. Да ли је прихватљиво понудити за наведену Партију Термопластичну маску типа S којом се обезбеђује суштински једнака примена термопластичне маске захтеваној?
2. У прилогу 7 за Партију 2 –Термопластична маска за главу типа С сплит дефинисали сте: да је маска од фибропласта. Обзиром да је фибропласт тип пластике, који се наводи у опису захтеване маске код једног произвођача, да ли је прихватљиво за добро дефинисано у Партији 2 понудити термопластичну маску са потребним својствима какве има фибропласт?
3. У прилогу 7 за Партију 2 –Термопластична маска за главу типа С сплит дефинисали сте: да је тачка загревања 70-75°. Да ли ћете једнако прихватити и маску са тачком загревања од 65-75°?
4. У прилогу 7 за Партију 2 –Термопластична маска за главу типа С сплит дефинисали сте: да је ојачана маска дебљине 3,2мм. Да ли је прихватљиво понудити ојачану термопластичну маску чији је распон дебљине од 2,8-3,6мм ?
5. Уједно вас молимо да нам одговорите да ли је за прихватљивост понуде неопходно да потенцијални понудјач, као носилац Решења АЛИМС-а за понудјена добра достави Овлашћење, како сте навели у тацки 6 додатних услова, за учешће у поступку ЈН сходно члану 76 ЗЈН?

### ОДГОВОРИ:

1. Да, ако одговара основној плочи.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац у свему остаје при захтеву из конкурсне документације.
5. Да.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ