



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 853

Датум: 19.06.2019.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема 85-2
Број јавне набавке К135/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема 85-2, број К135/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.06.2019.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање: Партија 1, 2, 3, 4

Опис – НАПОМЕНА: Процесор и извор светла морају бити компатибилни са постојећим Olympus ендоскопима.

Молимо Вас за информацију са којим тачно моделима ендоскопа које поседује Клинички центар треба да буду компатибилни процесор и извор светла за партије 1, 2 и 3?

Такође, са којим процесором, извором светла и ултразвучним апаратом треба да буде компатибилан линеарни ендоскопски ултразвучни гастроскоп пошто је грешком написано да процесор треба да буде компатибилан а предмет набавке је линеарни ендоскопски ултразвучни гастроскоп за партију 4?

Одговор: Процесори и извори светла за партије 1, 2 и 3 морају бити компатибилни са ендоскопима GIF-Q165, CF-Q165, 180 и TJF 145, EVIS EXERA II.

Линеарни ендоскоп мора бити компатибилан са извором светла CLV180 и процесором CV-180, EVIS EXERA II и ултразвучним процесором EU-ME1 за партију бр. 4

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
