



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.05.2019.
БРОЈ: 674

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема: 90-1
Број јавне набавке К156/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“ и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У делу техничких карактеристика које предметно добро треба да испуњава под ставкама 3.1.2. и 3.2.2. сте тражили следеће:

Болус: од 10 - 1.100 ml/h

Молимо Вас да изађете у сусрет и осталим понуђачима и одобрите следеће:

Болус: од 0.1 - 50 ml/h.

Молимо Вас да уважите наше сугестије и прихватите уређај који имамо у понуди, имајући у виду да инфузиона пумпа коју бисмо понудили задовољава све остале захтеве наручиоца..

У складу са чланом 10 ЗЈН, прихватањем ових ставки бисте омогућили већу конкурентност у поступку јавне набавке.

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ