



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 8287/1

12.06. 2019 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи,
реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Број јавне набавке K168/2019
Врста поступка: отворени

Наручилац уговоре о јавној набавци додељује следећим понуђачима и то:

За партије бр. 1, 2, 3 и 7 понуђачу „АСОМА“ д.о.о. Београд, у укупном износу од **705.800,00** динара без ПДВ-а односно **846.960,00** динара са ПДВ-ом, чија понуда је благовремена, прихватљива и одговарајућа.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„АСОМА“ д.о.о. – Београд АР1371 од 9.5.2019.	
				Јединична цена дин/ед. мере	
1	2	3	4	10	
1	Апарат за мерење тензије	ком	55	6.600,00	363.000,00
2	Апарат за мерење тензије зидни	ком	8	13.100,00	104.800,00
3	Стетоскоп	ком	48	3.750,00	180.000,00
7	Инхалатор за децу и одрасле	ком	2	29.000,00	58.000,00
Укупно без ПДВ-а :				705.800,00	
ПДВ 20%:				141.160,00	
Укупно без ПДВ-а :				846.960,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 5.4.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго), бр. 4952, ознака из општег речника набавке 33190000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 69.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 4269, 5131, 5125.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.370.246,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност по партијама, у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Апарат за мерење тензије	365.316,00
2	Апарат за мерење тензије зидни	104.960,00
3	Стетоскоп	180.000,00
4	Реанимациони балон	108.000,00
5	Чеono огледало	633.930,00
6	УВ стерилизатор са два извора зрачења	25.000,00
7	Инхалатор за децу и одрасле	58.000,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 10.5.2019. године, са почетком у 11:15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 672.

Основни подаци о понуђачу:

У предметном поступку јавне набавке понуду је поднело 6 (шест) понуђача, и то:

1. "PRIZMA" д.о.о., ул. Кумановска бр. 8, 34000 Крагујевац (понуда за партије бр. 3 и 7);
2. "ACOMA" д.о.о., ул. Дунавски кеј бр. 23, 11158 Београд (понуда за партије бр. 1, 2, 3 и 7);
3. "UNIFARM MEDICOM" д.о.о., ул. Цара Душана бр. 264, 11080 Београд-Земун (понуда за партију бр. 4);
4. „SUPERLAB“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 25, 11070 Нови Београд (понуда за партије бр. 3, 4 и 5);
5. ПТП „INEL“ д.о.о., ул. Позоришни трг бр. 4, 21000 Нови Сад (понуда за партије бр. 2, 3 и 5);
6. „DELTA NAISSA“ д.о.о., ул. 9 Бригаде бр. 39А, 18000 Ниш (понуда за партије бр. 1, 2 и 3);

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:

❖ -Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 4 – Реанимациони балон, из разлога што понуђена цена превазилази процењену вредност наручиоца за предметну партију.

-Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 3 – Стетоскоп, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике, због чега се његова понуда не може сматрати одговарајућом па самим тим ни прихватљивом.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 дефинисане су техничке карактеристике стетоскопа, а тачком 2. овог Прилога, предвиђена је дужност понуђача да уз понуду достави одговарајући проспектни материјал или каталог, о техничким карактеристикама понуђених предметних добара из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је, као доказ за техничке карактеристике добра понуђеног у партији бр. 3 достављен каталог. Међутим, из достављеног каталога није могуће утврдити захтеване техничке карактеристике за следеће:

➤ Наручилац је у оквиру конкурсне документације захтевао да уређај поседује конвексну мембрану за преношење тонова високе и ниске фреквенције, што понуђач није доказао приложеним каталогом;

➤ Наручилац је такође захтевао да уређај поседује биокompatibilну мембрану, што понуђач није доказао приложеним каталогом.

-Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 7 – Инхалатор за децу и одрасле, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Конкурсном документацијом, у Прилогу бр. 7 између осталог је захтевано да инхалатор који се набавља има максимални притисак 280 кПа. Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено је да је понуђен инхалатор са максималним притиском од 250 кПа.

Такође, конкурсном документацијом за наведену партију захтевано је да радни притисак инхалатора буде 0-110 кПа. Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено је да је понуђен инхалатор са радним притиском од 130 кПа.

Наручилац је конкурсном документацијом предвидео такође и да ниво буке инхалатора који се набавља буде максимално 55dB, док је понађач „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд понудио инхалатор са нивоом буке од 57 dB.

Како је одредбом члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН дефинисано да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, а како је неспорно утврђено да је понуђач „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд за партије бр. 3 и 7 понудио добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике, то се његова понуда за ове партије не може сматрати одговарајућом те се, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН иста одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„SUPERLAB“ д.о.о. – Београд P19-103837 од 9.5.2019.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	9	
3	Стетоскоп	ком	48	1.200,00	57.600,00
4	Реанимациони балон	ком	28	5.280,00	147.840,00
7	Инхалатор за децу и одрасле	ком	2	12.760,00	25.520,00

❖ -Понуда понуђача „PRIZMA“ д.о.о. Крагујевац, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 3 – Стетоскоп, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике, због чега се његова понуда не може сматрати одговарајућом.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је као доказ за техничке карактеристике добра понуђеног у партији бр. 3, достављен технички фајл у коме је једино наведено да се ради о моделу стетоскопа S601P, са двостраном главом (звон и мембрана) која се ротира 180°. Из достављеног техничког

фајла није могуће утврдити да ли понуђено добро поседује следеће карактеристике захтеване конкурсном документацијом:

"Дупла глава израђена или од нерђајућег челика или од анодизованог алуминијума, конвексна мембрана за преносење тонова високе и ниске фреквенције, бинаурално монтирана опруга за оптимално преносење звука кроз једноканални тубус, биокопматибилна мембрана за прецизну чујност минимално ≈ 44 мм, ергономски израђено звоно за пружање аускултације и на теже приступачним местима, тубус направљен од PVC за заштиту од спољашњих звукова, меке ушне оливе за идеално уклапање у ушни канал, за смањивање буке из спољашње средине, без латекса, дужина максимално 73 цм".

Одредбом члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН дефинисано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Како је неспорно утврђено да је понуђач „PRIZMA“ д.о.о. Крагујевац за партију бр. 3 понудио стетоскоп за који није доказао захтеване техничке карактеристике, то се његова понуда за ову партију не може сматрати одговарајућом те се, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН иста одбија као неприхватљива.

-Понуда понуђача „PRIZMA“ д.о.о. Крагујевац, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 7 – Инхалатор за децу и одрасле, будући да је понуђач понудио добро неодговарајућих карактеристика.

Конкурсном документацијом, у Прилогу бр. 7 између осталог је захтевано да инхалатор који се набавља мора да има капацитет небулајзера 16ml. Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено је да је понуђен инхалатор са капацитетом небулајзера од 2ml-7ml.

Такође је захтевано да проток ваздуха буде минимално 15л/мин., док је увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено да понуђени инхалатор има максимални проток ваздуха од 7л/мин.,

Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да респирабилна запремина инхалатора буде < 5 μ m 80 %, док је увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено да понуђени апарат има респирабилну запремину < 5 μ m 75 %.

Даље, конкурсном документацијом дефинисано је да на понуђеном инхалатору ММАД (медијана аеродинамског дијаметра масе аеросол-капљице) буде 2,7 μ m. Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено је да понуђени апарат има ММАД - 3,0 μ m.

Такође, брзина небулизирања је прецизирана конкурсном документацијом и износи 0,60 мл/мин. Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено је да је на понуђеном апарату брзина небулизирања 0,57 мл/мин.

Како је неспорно утврђено да понуђени инхалатор за децу и одрасле није у складу са техничким захтевима из конкурсне документације то се понуда за ову партију, из разлога што је иста неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„PRIZMA“ д.о.о. – Крагујевац 272 од 30.4.2019.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	6	
3	Стетоскоп	ком	48	2.450,00	117.600,00
7	Инхалатор за децу и одрасле	ком	2	7.636,36	15.272,72

❖ -Понуда понуђача ПТП „INEL“ д.о.о. Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 3 – Стетоскоп и партију бр. 5 – Чеоно огледало, из разлога што понуђене цене превазилазе процењену вредност наручиоца за предметне партије.

-Понуда понуђача ПТП „INEL“ д.о.о. Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 2 – Апарат за мерење тензије - зидни, будући да је понуђач понудио добро које није у складу са техничким захтевима наручиоца.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 предвиђене су техничке карактеристике а тачком 2. овог Прилога, предвиђена је дужност понуђача да уз понуду достави одговарајући проспектни материјал, о техничким карактеристикама понуђених предметних добара из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је као доказ за техничке карактеристике добара понуђених у партији бр. 2 достављена фотокопија каталога. Међутим, из достављених доказа није могуће утврдити захтеване техничке карактеристике за следеће:

- Наручилац је у оквиру конкурсне документације захтевао да уређај поседује скалу фиксирану под углом од 12°, што понуђач није доказао приложеним доказима;
- Наручилац је такође захтевао да уређај поседује нерелефну стакло манометра, што понуђач није доказао приложеним доказима;

Понуђено добро је и неодговарајућих карактеристика, из разлога што је понуђен апарат са пречником скале од 147,2 мм, док је конкурсном документацијом захтевано да пречник скале апарата мора бити најмање 150 мм.

Како је неспорно утврђено да понуђени апарат за мерење тензије – зидни, не поседује карактеристике захтеване конкурсном документацијом, то се и понуда за ову партију, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				ПТП „INEL“ д.о.о. – Нови Сад 4710 од 8.5.2019.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	8	
2	Апарат за мерење тензије - зидни	ком	8	13.112,00	104.896,00
3	Стетоскоп	ком	48	3.960,00	190.080,00
5	Чеono огледало	ком	17	43.406,00	737.902,00

❖ -Понуда понуђача „DELTA NAISSA“ д.о.о. – Ниш, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 2 – Апарат за мерење тензије - зидни, из разлога што понуђена цена превазилази процењену вредност наручиоца за предметну партију.

- Понуда понуђача „DELTA NAISSA“ д.о.о. – Ниш, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 1 – Апарат за мерење тензије, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 предвиђене су техничке карактеристике добра које се набавља, а тачком 2. овог Прилога, предвиђена је дужност понуђача да уз понуду достави одговарајући проспектни материјал, о техничким карактеристикама понуђених предметних добара из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је као доказ за техничке карактеристике добра понуђеног у партији бр. 1 достављена фотокопија странице каталога. Међутим, из достављеног доказа није могуће утврдити да ли понуђено добро поседује следеће карактеристике захтеване конкурсном документацијом:

„Специјална темперована Бакар-Берилијум мембрана, прецизност мерења 1% мерног опсега, са вишестратним биокомпатибилним манжетнама без PVC и DEHP материјала (да се могу се прати, дезинфиковати), отпорност на ударце према ANSI/AAMI SP 10 стандарду, стабилност и безбедно коришћење у Магнетној резонанци у складу са стандардом ASTM F 2052-06e1, Могућност пребацивања са уређаја за десноруке на уређај за леворуке једним кораком“.

-Понуда понуђача „DELTA NAISSA“ д.о.о. – Ниш, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 3 – Стетоскоп, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике.

Из достављених доказа (фотокопија странице каталога) није могуће утврдити да ли понуђени стетоскоп поседује следеће карактеристике:

"Конвексна мембрана за преношење тонова високе и ниске фреквенције, бинаурално монтирана опруга за оптимално преношење звука кроз једноканални тубус, ергономски израђено звоно за пружање аускултације и на теже приступачним местима, тубус направљен од PVC за заштиту од спољашњих звукова, меке ушне оливе за идеално уклапање у ушни канал, за смањивање буке из спољашње средине, без латекса, дужина максимално 73 цм“.

Понуђено добро је и неодговарајућих карактеристика, из разлога што је понуђен стетоскоп са биокомпатибилном мембраном \varnothing 43,8 мм, док је конкурсном документацијом захтевано да биокомпатибилна мембрана за прецизну чујност буде минимално \varnothing 44 мм.

Одредбом члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН дефинисано да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Како је неспорно утврђено да је понуђач „DELTA NAISSA“ д.о.о. из Ниша, за партије бр. 1 и 3 понудио добра која не испуњавају техничке захтеве конкурсне документације, због чега се његова понуда за ове партије не може сматрати одговарајућом то се иста, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„DELTA NAISSA“ д.о.о. – Ниш 0508-19 од 8.5.2019.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	7	
1	Апарат за мерење тензије	ком	55	6.500,00	357.500,00
2	Апарат за мерење тензије - зидни	ком	8	18.000,00	144.000,00
3	Стетоскоп	ком	48	800,00	38.400,00

❖ Понуда понуђача „UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. – Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 4 – Реанимациони балон, из разлога што понуђач у оквиру

своје понуде није доставио тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као ни менично овлашћење и картон депонованих потписа.

У Прилогу бр. 2 конкурсне документације, у Упутству понуђачима како да сачине понуду, у тачки 22.1. предвиђена је дужност понуђача да као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу на износ од 10% од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења не крајим од 30 дана од дана истека рока важности понуде, са припадајућим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа.

У истом делу конкурсне документације предвиђено је да ће свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност бити одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

Како недостављање траженог средства обезбеђења, сходно одредби члана 106. став 1. тачка 3. ЗЈН, представља битан недостатак понуде, то се иста, у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. – Београд 182 од 18.4.2019.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
4	Реанимациони балон	Ком.	28	3.850,00	107.800,00

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Редни број партије	Понуђач	Укупна понуђена вредност по партији без ПДВ-а
1	„АСОМА“ д.о.о. Београд	363.000,00
2	„АСОМА“ д.о.о. Београд	104.800,00
3	„АСОМА“ д.о.о. Београд	180.000,00
7	„АСОМА“ д.о.о. Београд	58.000,00

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са условима утврђеним у конкурсној документацији и применом критеријума донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

