



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 24.6.2019.

БРОЈ: 874

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

Број јавне набавке K234/2019

По позивузаподношењепонуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питања:

- 1) На страни 39 конкурсне документације у техничким карактеристикама за партију 3 није наведено да ли се ради о механичком или електричном болничком кревету. Молимо да прецизируете модел траженог болничког кревета и да прецизируете спољне димензије болничког кревета, а не само димензије лежеће површине за душек.
- 2) Узимајући у обзир да инсистирате на лежној плочи која је израђена од жичаног језгра (стр 39, ставка р.бр. 3.4.), да ли је дозвољено понудити болнички кревет који има лежну плочу саграђену од металних плоча које су лакше за одржавање хигијене?
- 3) По техничкој спецификацији тражен је кревет фиксне висине и то 52 цм висина од пода до лежеће површине. Молимо Вас да проширите опсег који се односи на висину кревета како би сви потенцијални понуђачи добили шансу да учествују на тендеру.
- 4) Пошто инсистирате само на подизању леђног сегмента (стр 39, ставка р.бр. 3.6.), молимо вас да прецизируете из колико сегмената мора да буде израђена лежна плоча? Молимо да прецизируете жељени угао подизања леђног сегмента.
- 5) Предња и задња страница (чела кревета) морају да буду од АБС-а по конкурсној документацији са могућношћу скидања (стр 39, ставка р.бр. 3.5). Да ли се чела кревета закључавају или не?
- 6) Да ли болнички кревети морају да поседују заштитне хоризонталне угаоне одбојнике?
- 7) Да ли тражени болнички кревет мора да поседује EN 60601-2-52 стандард који се односи на посебне захтеве који су неопходни да би осигурала безбедност пацијента и суштинска апликација медицинског болничког кревета. Ове информације су расположиве на сајту интернационалне организације за стандардизацију. Молимо вас да овај стандард уврстите као обавезан услов кога мора да испуњава тражени болнички кревет. Безбедност пацијената је од изузетне важности сваком озбиљном произвођачу медицинског намештаја.
- 8) Молимо вас да прецизируете жељену тежину самог кревете и максимално безбедно оптерећење кревета.
- 9) Да ли тражени кревети морају да имају заштитне бочне оgrade?

- 10) Предлажемо да сви потенцијални понуђачи доставе узорак кревета на отварању јавне набавке како би се доказао квалитет понуђених добара и да се у складу са нашим предлогом измени конкурсна документација.
- 11) Техничке карактеристике написане у партији 3 конкурсне документације указују на фаворизовање одређеног локалног произвођача што није у складу са Законом о јавним набавкама (прилажемо стр. 13 из каталога локалног произвођача где се јасно виде истоветне техничке карактеристике као у конкурсној документацији ЈН К234/2019).

Одговори:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
6. Није обавезно да кревет поседује заштитне хоризонталне одбојнике.
7. Наручилац не захтева да кревети поседују стандард EN 60601-1-52.
8. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
9. Није обавезно да кревети имају заштитне бочне ограде.
10. Није потребно да понуђачи достављају узорке кревета.
11. Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао минималне техничке карактеристике за партију бр. 3, све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим.

Споштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ