



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 5.7.2019.

БРОЈ: 934

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**Медицинска опрема за Клинику за опекотине, пластичну и
реконструктивну хирургију****Број јавне набавке K234/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

Питања:

1. Наручилац је у оквиру конкурсне документације дефинисао партије бр. 1 и 2 које подразумевају набавку пацијент монитора.
У листи минималних техничких карактеристика за партију бр. 2, под захтевом бр. 2.14 дефинисана је потреба за батеријском аутономијом у трајању од најмање 8 часова и могућношћу рада уређаја са две батерије, док за партију бр. 1 карактеристика везана за аутономију батерије је само 4 часова.
Будући да су у обе партије исте врсте уређаја, за исту клинику, и с обзиром на тежину и транспортну опцију уређаја који се набавља, овим путем молимо наручиоца да и за партију бр. 1 дефинише захтев да аутономија батерије подразумева најмање 8 часова рада и могућност рада са две батерије. На тај начин, наручилац ће корисницима обезбедити сигурност и поузданост у раду, а будући да на тржишту постоји већи број понуђача који могу да понуде уређаја са таквом карактеристиком, неће доћи до кршења ЗЈН-а.

Одговори:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

Споштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ