



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.09.2019.
БРОЈ: 1137

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема: 98-2
Број јавне набавке К400/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Партија бр. 2. набавка Вакум бронхијалних аспиратора, где се у ставци бр. 6 тражи следеће:
- Капацитет боца је 700 мл, градуисаности 10мл, максимално пуњење до 1000мл.
Може ли градуисаност боце да буде 100мл?
2. Партија бр. 4 набавка протокомера за кисеоник, ставка бр. 4. се тражи следеће;
- Регулатор компензован у односу на притисак.
Пошто се ради о протокомерима за централни довод кисеоника, где је притисак у инсталацији већ регулисан на 5 бара, на који регулатор се овде мисли?
3. Партија бр. 4 набавка протокомера за кисеоник, ставка бр. 7. се тражи следеће:
- Заштитни филтер на улазу у циљу заштите апарата и пацијента од нечистоћа које евентуално могу доспети из централног развода кисеоника. Филтер расположив као резервни део.
Наш протокомер кисеоника има уграђен филтер на улазу у апарат и имамо га расположивог као резервни део, међутим то није приказанао у нашем каталогу, па је наше питање можемо ли дати нашу изјаву као доказ?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
2. Протокомер за кисеоник мора да поседује регулатор који компензује евентуалне промене притиска у систему централног довода кисеоника, тако да те варијације не утичу на задати проток кисеоника који се испоручује ка пацијенту, јер тај проток мора увек бити константан.
3. Конкурсном документацијом дато је упутство за доказивање карактеристика и у складу са тим је потребно доставити оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачетехничке спецификацијепонуђеног добрана Српском или Енглеском језику. Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналном изјавом произвођача за понуђено добро, потписаном од стране овлашћеног лица произвођача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, која мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ