



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.09.2019.
БРОЈ: 1193

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема: 98-2
Број јавне набавке К400/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

За партију број 6:

1. СТАВКА 6.1.

Наручилац је под редним бројем 9. између осталог предвидео: Симултана анализа аритмије у минимум 3 одвода

Питање: Како реномирани произвођачки брендови имају техничке могућности да симултану анализу аритмије ураде преко два одвода, а како то апсолутно не утиче на крајњи резултат јер је крајњем кориснику омогућено да добије истовремену анализу аритмије, предлажемо Наручиоцу да поменуту ставку измени у:

„Симултана анализа аритмије у мин. 2 одвода“

јер не губи на квалитету, добија могућност да монитори ураде симултану анализу аритмије И омогућује учествовање више произвођача брендиране опреме за пацијент мониторинг.

ОДГОВОРИ:

1. Наручиоцу је неопходна симултана анализа аритмије у 3 одвода, а све ради опсежнијег праћења пацијената на интензивној нези. Више потенцијалних понуђача испуњава овај услов. Наручилац остаје при свом захтеву.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ