



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.09.2019.
БРОЈ: 1145

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема: 98-2
Број јавне набавке К400/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. На страни 72 конкурсне документације у техничким карактеристикама ставка бр 2 тражено је да рам кревета буде пресвучен дуготрајном облогом - молимо појашњења о каквој се конкретно облози ради узимајући у обзир да облога мора да буде отпорна на отапање?
2. За ставку број 3 нисте дали никакво одступање од минималне укупне тежине кревета, већ прецизно квантификовали тражену карактеристику; молимо вас да поставите опсег +/- укупне мин тежине кревета како бисте омогућили свим потенцијалним понуђачима да учествују у процесу јавне набавке?
3. Ставка под редним бројем 4(SWL) исто нема одступања.Молимо да и овде модификујете опсег +/-?
4. Молимо појашњење за лежећу плочу - од ког материјала лежећа плоча мора да буде израђена?
5. Ставка под редним бројем 7 не прецизира на коју екстензију се односи, молимо појашњење?
6. Молимо вас да прецизирате материјал од кога су израђене бочне оgrade (ставка 8) и где се налази механизам спуштања/подизања ограда?
7. Да ли шински носач који је тражен мора да има и куку за дрен боце?
8. Ставка 11 се односи на чела кревета (наша претпоставка), молимо појашњења о каквој се покретљивости страница ради?
9. Молимо појашњење за ставку 18 - кревет за јединице интензивне неге (ИН) не мора да има даљински управљач за пацијента - то повећава цену кревета; наша пракса је показала да због општег стања пацијента у ИН медицинско особље углавном склања даљинске управљаче да се пацијент не би повредио тако што ће заузети положај који не прати његову клиничку слику - да ли је заиста потребан даљински управљач за пацијента који лежи у ИН?
10. Да ли крајњи корисник захтева хоризонталне или вертикалне бочне одбојнике?
11. Носач за постељину није у стандардној конфигурацији ниједног кревета за ИН и он такође увећава цену кревета - да ли је ова карактеристика заиста потребна узимајући у обзир да у нашим здравственим установама нема постељина које се држе на овим носачима?
12. Молимо вас да прецизирате карактеристике антидекубиталног душека - димензије и нарвно навлаке која иде уз душек?
13. Молимо вас да наведете све стандарде које кревет мора да поседује како би се сигурност пацијента ставила у први план?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац је тачно дефинисао минималну тежину кревета и за њу нема одступања (дефинише се или минимална вредност или нека вредност са одступањем али не оба критеријума одједном). Сваки робуснији, односно тежи кревет задовољава минималну техничку карактеристику.

3. Наручилац је тачно дефинисао минимално безнедно радно оптерећење (SWL) 250 кг (дефинише се или минимална вредност или нека вредност са одступањем али не оба критеријума одједном). Сваки кревет са SWL већом од минималне задовољава технички карактеристику.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
6. Ради конкурентности сматрали смо да није потребно дефинисати конкретан материјал, посебно пошто по нашем сазнању 3/4-ске ограде се израђују од металних цеви. Такође, ради конкурентности оставили смо произвођачу да достави решење.
7. Наручилац је конкретно дефинисао шта му је потребно и остаје при траженом захтеву.
8. Мисли се на странице чела и прочеља као на сваком кревету.
9. Наручилац остаје при дефинисаном захтеву. Јасно је да пацијенти у ЈИН не користе команде, али пошто се те команде налазе на бочној страни кревета често су приступачније за особље од „сестринског панела“ који се налази код ногу пацијента.
10. Наручилац је дефинисао бочне одбојнике кружног облика. Да ли су они хоризонтални или вертикални остављено је ради конкурентности на произвођачу.
11. Наручилац остаје при свом захтеву.
12. Карактеристике антидекубитног душека који је регистрован као медицинско средство није потребно додатно описивати. По димензијама душек треба да одговара кревету за који се купује, а сви антидекубитни душеци различитих произвођача са којима смо се сретали: имају навлаку од непропусног материјала коју је могуће дезинфиковати и лако скинути ради прања.
13. Кревет задатих карактеристика, регистрован као медицинско средство, сам по себи поседује све стандарде за електрична медицинска средства те их нема потребе посебно набрајати

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ