



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.09.2019.
БРОЈ: 1147

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема: 98-2
Број јавне набавке К400/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку "МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА" 98-2 постављамо Вам следеће питање за Партију 6 Монитори :

СТАВКА 6.1.

Наручилац је под редним бројем 5. предвидео: Тренд меморија мин.72 сата.

Питање: Ова ставка лимитира и искључује конкуренцију. Клинички је потпуно довољна тренд меморија од максимално 48 сати, али са много већом и чешћом фреквенцом снимања догађаја што је клинички од круцијалне и много веће важности од дужине трајања саме тренд меморије, нарочито за пацијенте на интензивној нези код којих се стање мења константно и врло често. Такође, праћење тренда на само монитору је врло дискутабилно и ретко јер се трендови много боље прате и штампају са централне станице кроз извештаје. Предлажемо следећу измену: "Тренд меморија минимум 48 сати на самом монитору, односно минимум 72 сата на централној станици".

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ