



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.09.2019.
БРОЈ: 1149

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема: 98-2
Број јавне набавке К400/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Партија број 5:

1. „Минимална укупна тежина кревета без додатне опреме 149 кг“ – Скрећемо Вам пажњу да се трка између произвођача кревета, то јест РЕНОМИРАНИХ произвођача кревета, води према томе чији ће кревет да буде лакши, а издржљивији (из разлога како би сестрама било лакше да кревет померају). Тотално је неразуман разлог захтевати тачну тежину кревета од 149кг. Уколико остајете при овом захтеву молимо вас да дозволитеступање од $\pm 10\%$. Уколико не, молимо Вас да нам наведете КЛИНИЧКУ оправданост како тежина кревета утиче за добробит пацијената.?
2. „Спољне димензије кревета 2150 мм x 990 мм, са могућим одступањем максимално ± 20 мм“ – Молимо Вас да нам кажете за коју клинику је намењен кревет, као и да нам одобрите приступ клиници са вашим овлашћеним лицем како би се доказало да су овако децидне димензије заиста од пресудног значаја за место где је кревет намењен. Такође Вас молимо да одобрите веће могуће одступање за дужину кревета, кревет који желимо да вам понудимо је дужине 2185мм (15мм или читавих 1.5цм дужи од захтеване дужине са могућим одступањем)
3. Ауторегресија лежеће плоче – скрећемо Вам пажњу да сте свуда навели децидно које димензије захтевате, али сте овде димензији случајно прескочили. Сви РЕНОМИРАНИ произвођачи кревета за ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ (а не за геријатрију или кућну негу), поседују ауторегресију лежеће плоче од минимум 14 цм. Предлажемо Вам да техничку карактеристику измените тако да гласи „Ауторегресија лежеће плоче од минимум 14цм“, такође Вам скрећемо пажњу да свака ауторегресија која је мања од 10цм НЕМА употребу у КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ.
4. „Пречник точка минимум 150 мм са ножним кочницама за блокирање сва 4 точка или ротирање“ – скрећемо Вам пажњу да су се за јединице интензивне неге бољи (у пракси су се показали знатно издржљивији и трајнији), дупли точкови. Тако да Вам предлажемо да захтевана техничка карактеристика гласи „Дупли точкови, пречник точка минимум 150мм са ножним кочницама за блокирања сва 4 точка или ротирање“
5. „Антидекубитни душек са непромочивом навлаком“ – Како је у питању добро које је намењено интензивној нези, молимо Вас да тачно опишете захтевани душек, како би добили што квалитетнији антидекубитални душек, као и које све стандарде захтевани душек треба да поседује (испитивања независних лабораторија и друге).

ОДГОВОР:

1. Наручилац је извршио детаљно истраживање карактеристика кревета свих релевантних произвођача и установио да бар 3 од њих 4 производе кревете тежине једнаке или веће од захтеваних 149 кг.
У вези тврдње да су кревети све лакши, а тиме све бољи и квалитетнији, сматрамо да тврдња није у потпуности тачна, сем ако нису израђени од алуминијумских профила. По нашем сазнању сви кревети који се производе и нуде на тржишту Републике Србије су од челичних профила, а не од алуминијумских. За челичне профиле је јако битно да имају што већу дебљину зида, јер је самим тим профил јачи и отпорнији на увијање. Када профили од којих је изграђена конструкција кревета имају дебљину зида већу од 2,5 мм могуће их је варити електролучном техником која је много боља од МАГ технике. Самим тим јако је битно да кревет буде тежак од уахтеваних минимум 149 кг. Сви реномирани произвођача производе боље моделе кревета веће тежине, тј. јаче конструкције, а једноставније за манипулацију како би медицинским сестрама тј. техничарима било лакше да померају кревете, чак и да превозе пацијенте на њима. КЦС као институција која поседује кревете свих произвођача имала је могућност да то и сама увиди. За ово не постоји КЛИНИЧКА предност већ ЕКОНОМСКА И УПОТРЕБНА оправданоаст, јер желимо да набавимо издржљив а лако манипулативан кревет који ће бити у употреби више деценија
Наручилац остаје при минималном захтеву за тежину од 149 кг, а потенцијални понуђач може понудити тежи кревет
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. У Ставци 12 за Кревет за јединицу интензивне неге, наведено је да кревет има могућност ауторегресије лежеће плоче, али не и колика је. Наручилац је озбиљним истраживањем карактеристика свих произвођача установио да је ауторегресија различита код различитих произвођача. Такође, ауторегресија је решење за смањење притиска у абдомену пацијента приликом подизања наслона леђа. Знамо да приликом подизања наслона леђа ауторегресија функционише тако што наслон леђа узмиче од седалног дела да би се смањио прегиб на душеку. Сматрамо да сваки произвођач који је добио ЦЕ знак и поседује све медицинске стандарде, а самим тим значи да је прошао и све тестове за добијање истих, поседује и решење АЛИМС-а у Републици Србији, је сигурно безбедан за пацијента, те ради веће конкурентности не желимо да ограничавамо вредност.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Карактеристике антидекубитног душека који је регистрован као медицинско средство није потребно додатно описивати. По димензијама душек треба да одговара кревету за који се купује, а сви антидекубитни душеци различитих произвођача са којима смо се сретали имају навлаку од непропусног материјала коју је могуће дезинфиковати и лако скинути ради прања. Такође, душек нисмо детаљно описали, јер сваки произвођач има своје решење, а често су конструкције душека везане и за ставку 12 – ауторегресија, тако да нисмо желели да смањујемо конкурентност међу пнуђачима.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ