



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 16.09.2019.  
БРОЈ: 1169

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Медицинска опрема: 98-2  
Број јавне набавке К400/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

Како се овим послом бавимо преко 15 година, и како смо испоручили више од 3000 кревета само унутар наше земље, наша сазнања су да не постоје произвођачи (осим произвођача „STIEGELMAYER“ са моделом „VIDA“ који може задовољити тражени захтев у делу тежине кревета од 149кг у комбинацији са свим осталим техничким карактеристикама. Као доказ о нашој тврдњи такође су и питања неког другог потенцијалног понуђача који моли да се дозволи одступање +/- од захтеване тежине. С тим у вези наше питање је следеће:

1. Како наводите да сте приликом истраживања карактеристика кревета релевантних произвођача навели да бар 3 од њих 4 „производе кревете тежине једнаке или веће од захтеваних 149 кг“ молимо вас да нам наведете који су то произвођачи и са којим моделом кревета (Који су регистровани код АЛИМС-а, јер се само регистрована добра могу понудити у јавној набавци). Скрећемо вам пажњу да „Кревети тежине једнаке или веће од захтеваних 149 кг“ морају да испуњавају и све остале захтеване техничке карактеристике како би понуда била исправна и одговарајућа.
2. Молимо вас да наведете, чиме се оправдава тврдња да тражена тежина кревета, утиче на његову функционалност?

Напомињемо да ми као потенцијални понуђачи, ни у једном тренутку не захтевамо да избришете спорну техничку карактеристику „минимална укупна тежина кревета без додатне опреме 149 кг“, већ само да дозволите одступање од +/- 10%. Суштина је да ће наручилац да добије издржљив и лако манипулативан кревет који ће бити у употреби више деценија, јер ми свакако нудимо кревет који испуњава захтевану техничку карактеристику „МИНИМАЛНО БЕЗБЕДНО РАДНО ОПТЕРЕЂЕЊЕ SWL ОД 250 КГ“ – коју је наручилац и захтевао.

Овим путем желимо да приметимо да је наручилац као једна здравствена установа терцијалног нивоа здравства изузетно упућен у техничко-технолошки процес израде кревета за интензивну негу. Па с тим у вези желимо да додамо и следеће: суштина издржљивости једног кревета јесте његова крајња конструкција и квалитет варова као и статика самог кревета, ако ми као потенцијални понуђач вама обезбеђујемо минимално безбедно радно оптерећење од 250 кг, желимо да образложите још једном која је онда оправданост тежине кревета. Дакле ви суштину добијате онако како сте је и сами описали у захтеваним техничким карактеристикама. Заиста су потенциозни ставови да наручилац који је понављао здравствена установа, познаје технологију израде кревета за интензивну негу код свих произвођача, начин варења и дебљину зида цеви.

Још једном напомињемо да дозвољавањем одступања, нећете добити мање квалитетан кревет (јер сте захтевали SWL од 250 кг), већ ће те само омогућити осталим понуђачима да понуде своја добра.

## **ОДГОВОРИ:**

1. Претрагом јавно доступног регистра медицинских средстава, који се води код АЛИМС-а, заинтересовано лице може да изврши увид у регистроване кревете различитих произвођача и увери се у тврдњу наручиоца да захтеване техничке карактеристике из конкурсне документације поседују најмање три различита произвођача предметних добара. Стога сматрамо да је у предметном поступку обезбеђена конкуренција у складу са чланом 10. ЗЈН.
2. Наручилац је одговором број 1149 од 12.09.2019. године, који је истог дана објављен на „Порталу јавних набавки“ и на интернет страници Клиничког центра Србије, детаљно образложио разлоге због којих му је битна захтевана тежина кревета, због чега остаје при дефинисаним минималним техничким карактеристикама.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**