



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.11.2019.
БРОЈ: 1476

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 98-3
(Дигитални ангиографски уређај премијум класе)
Број јавне набавке К406/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Molimo za pojašnjenja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke br. K406/2019

1. Naručilac je za konfiguraciju 1 i konfiguraciju 2 zahtevao tehničku karakteristiku pod rb. 6.17. Sistem mora da poseduje sve raspoložive funkcije proizvođača za ponuđeni model za smanjenje doze zračenja uz istovremeno unapređenje kvaliteta slike.
Molimo Vas da pojasnite da li je neophodno da ponuđači jasno navedu i označe koje su funkcije ponuđene i uključene u ponuđenu cenu, kao i da dostave dokaze na način kako je Naručilac predvideo u konkursnoj dokumentaciji, obzirom da je Naručilac zahtevao da budu ponuđene **sve** raspoložive funkcije proizvođača za ponuđeni model. Samo uopštena potvrda proizvođača koja ne bi sadržala nazive ponuđenih funkcija ne bi omogućila Naručiocu da na nedvosmislen način utvrdi ispunjenost zahtevane tehničke karakteristike.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ