



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 6.12.2019.

БРОЈ: 1542

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 98-3
(Дигитални ангиографски уређај премијум класе)
Број јавне набавке К406/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Poštovani,

Molimo za pojašnjenja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke br. K406/2019

1. Прихватањем сугестије потенцијалног понуђача Наручилац је извршио измену 25.11.2019. тако да тачка. 8.3.2. првобитно дефинисана као LED/LCD дисплеј величине дијагоналне најмање 15" сада гласи:

„LED или LCD или OLED дисплеј дијагоналне од најмање 11,5”

Наручилац је на исто питање за предметном изменом дао негативан одговор који је објавио дана 15.11.2019. следеће садржине:

Апарат ће се користити у ургентним стањима и испред ангио сале и у транспорту болесника до и од сале тако да величина екрана није неважна. Неопходно је да монитор буде што веће дијагоналне ради лакшег гледања од стране лица у сали када су у позицији где не виде слику на великом монитору ангиографске сале. Тражена величина екрана од најмање 15" није елиминаторна и сви произвођачи портابل ехокардиографских апарата имају апарате који испуњавају овај услов.

Имајући у виду аргументацију наведену у питању потенцијалног понуђача који наводи да величина екрана не утиче на дијагностички квалитет слике и перформансе уређаја, сматрамо да је Наручилац управо прихватањем овакве сугестије извршио дискриминацију свих других произвођача апарата који управо имају ову карактеристику, која нити је ретка нити дискриминише својом јединственошћу. Наиме, сви реномирани произвођачи ехокардиографских апарата, укључујући и произвођача којег заступа потенцијални понуђач који је дао овакву сугестију, имају апарат дијагоналне 15". То констатује и сам Наручилац у свом одговору од 15.11.2019. Чак шта више, дефинисањем величине екрана од 11.5", Наручилац је навео тачну вредност и карактеристику управо произвођача којег заступа потенцијални понуђач, а који у свом портфолију поседује апарат са величином екрана од 15".

Није јасно зашто Наручилац снижава спецификацију уређаја за који је и навео да ће се поред коришћења у ангио сали користити и пре интервенције, у анестезији и ургентним стањима и при томе карактеристику коју снижава имају апсолутно сви произвођачи портабилних. Уређаји са величином екрана мањим од 15" служе као тријажни, за једноставне прегледе и дијагностику. Управо, величина екрана код портабилних ултразвучних апарата је показатељ нивоа квалитета уређаја.

Имајући све горе изнето предлажемо Наручиоцу да спецификацију под тачком 8.3.2 врати на почетну заhtевану спецификацију тако да гласи:

„LED/LCD дисплеј величине дијагоналне најмање 15“

Još jednom napominjemo da prihvatanjem sugestije Naručilac ne diskriminiše nijednog renomiranog proizvođača portabilnih ultrazvučnih aparata.

ОДГОВОР:

1. Na ovo pitanje Naručilac je odgovorio dva puta, a poslednja izmena je napravljena da bi se omogućilo ponuđačima da ponude i opcije lakih ehokardiografskih portabilnih sistema koji su veoma korisni u urgentnim stanjima. Iz tog razloga Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ