



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.10.2019.
БРОЈ: 1349

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска и ИТ административна опрема уз радиотерапијски апарат
за стереотаксичну радиохирургију целог тела ("икс нож"), са пратећом
опремом
Број јавне набавке К417/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У техничким карактеристикама за Партију 2. **Медицински робот резач за нарезивање ДВД/ЦД студија пацијената са софтвером за нарезивање медицинских слика**
На страни 44. КД се наводи под тачком 6.: „PC за комуникацију са резаћем са sledeћим карактеристикама CPU min 3,0 GHz, HD min. 50G0B RAM DDR3 min 6GB RAM меморије, administrativni monitor дијагоналне min 21" Да ли је за наручиоца прихватљива понуда медицинског робота резача који са резачом има интегрисан уређај за комуникацију са модалитетима и интегрисаним екраном осетљивим на додир за администрацију па нема потребе за куповином у медицинским условима не атестираног PC рачунара тражених карактеристика?
На овај начин Наручилац ће набавити уређај који по важећим стандардима одговара директивама LVD i EMC те рад не утиче на рад других медицинских уређаја у окружењу?

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. Наручилац је своју техничку спецификацију дефинисао спрам својих циљева. Циљ наручиоца је да обезбеди технолошко решење аутоматизованог робот резача које је економски практично за сервисирање и одржавање. Наручилац је сагласно томе дефинисао најоптималније решење које испуњава његове потребе и које не ограничава конкуренцију. Наручиоцу није неопходно решење које поседује интегрисан уређај за комуникацију, нити екран осетљив на додир или пак посебан рачунар посебних стандарда или атеста због саме ефикасности и економичности.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ