




КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 14830/11

25. 12. 2019 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ БР. 2 И 3
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРА СТЕРЕОТАКСИЧНЕ
РАДИОТЕРАПИЈЕ
Број јавне набавке К430/2019
Отворени поступак**

Наручилац уговоре о јавној набавци додељује:

1. За партију бр. 2, понуђачу „ORTHOAID“ д.о.о. Београд, у укупном износу од 403.200,00 динара без ПДВ-а односно 483.840,00 динара са ПДВ-ом. чија понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

| Редни број партије | Назив добра | Јединица мере | Количина | ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--|------------|
| | | | | "ORTHOAID" д.о.о. - Београд 288/19 од 1.11.2019. год. | |
| | | | | Јединична цена дин/јед. мере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Термопластична маска за главу типа S | ком. | 100 | 4.032,00 | 403.200,00 |
| УКУПНО без ПДВ-а: | | | | 403.200,00 | |
| ПДВ 20%: | | | | 80.640,00 | |
| УКУПНО са ПДВ-ом: | | | | 483.840,00 | |

2. За партију бр. 3, понуђачу „ENGEL“ д.о.о. Нови Сад, у укупном износу од 247.600,00 динара без ПДВ-а односно 272.360,00 динара са ПДВ-ом, чија понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

| Редни број партије | Назив добра | Јединица мере | Количина | ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------|--|------------|
| | | | | "ENGEL" д.о.о. – Нови Сад 2111/19 од 21.11.2019. год. | |
| | | | | Јединична цена дин/јед. мере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Термопластична маска за главу | ком. | 100 | 2.476,00 | 247.600,00 |
| УКУПНО без ПДВ-а: | | | | 247.600,00 | |
| ПДВ 10%: | | | | 24.760,00 | |
| УКУПНО са ПДВ-ом: | | | | 272.360,00 | |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 14.10.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРА СТЕРЕОТАКСИЧНЕ РАДИОТЕРАПИЈЕ, бр. 13911, ознака из општег речника набавке: 33140000 – Медицински потрошни материјал.

Подаци из Плана набавки: Редни број 86.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 4269.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **2.211.962,50 динара без ПДВ-а**, а процењена вредност по партијама, као у табели која следи:

| Редни број партије | ДОБРА | Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а) |
|--------------------|---|---|
| 1 | Термопластична маска за SRT/SRS регије главе "open face encompass" плоча, дводелне предња и задња маска | 1.556.362,50 |
| 2 | Термопластична маска за главу типа S | 403.200,00 |
| 3 | Термопластична маска за главу | 252.400,00 |

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 22.11.2019. године, са почетком у 11:15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 1480.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 4 (четири) понуђача, и то:

1. „ORTHOAID“ д.о.о., ул. Пастерова бр. 1, 11000 Београд (понуда за партију бр. 2 и 3);
2. „Magna Pharmacia“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 7б, 11070 Београд (понуда за партије бр. 2 и 3);
3. „ENGEL“ д.о.о., ул. Новака Радоњића бр. 59, 21000 Нови Сад (понуда за партије бр. 2 и 3);
4. „ЕМЕДИС“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 32, 11000 Београд (понуда за партију бр. 1)

За партију бр. 1 наручилац је дана 3.12.2019. године донео Делимичан Извештај о стручној оцени понуда бр. 16616 и Делимичну одлуку о додели уговора бр. 16616/1.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:

❖ Понуда понуђача „ENGEL“ д.о.о. Нови Сад, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 2 – Термопластична маска за главу, типа S, из разлога што је иста неодговарајућа имајући у виду да техничке карактеристике понуђене маске нису у складу са техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном документацијом.

У поступку јавне набавке Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичке радиотерапије ЈН-К118/2019 вршено је испитивање узорка Klarity маске, понуђача ENGEL доо Нови Сад (термопластична маска за главу, типа S партија број 2) и том приликом је констатовано следеће:

„Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7, у делу који се односи на захтеване техничке карактеристике маске у партији бр. 2, између осталог, наведено је да понуђена маска за главу мора бити ојачана, да се захтева висока прецизност и стабилност маске, да формирана маска не сме да се деформише, ломи и оштећује као и да облик маске остаје исти током комплетног радиотерапијског третмана.

Органолептичким прегледом достављеног узорка маске најпре је утврђено да маска није потпуно ојачана, већ има ојачање само у чеоном пределу, не и у пределу браде.

Достављени изорак маске тестиран је по упутству произвођача, у воденом купатилу, на температури 74 °Ц, где је маска загревана 2 минута.

Након загревања, уочено да је цела маска транспарентна, а да се ојачања на маски која би морала да буду уочљива, не уочавају. Такође је утврђено да, будући да цела маска није ојачана, иста се више отвара ка чеоном делу. Прецизније, услед недостатка ојачања у пределу браде, перфорације у чеоном пределу се шире, што утиче на слабију ригидност - захтевану чврстину маске након хлађења, што даље указује на могућност већег померања главе пацијента током третмана, које може утицати на прецизност самог третмана односно процедуре спровођења стереотаксичне радиотерапије.“

Прилог: Записник о достављеним узорцима(ЈН К118/2019)

У предметном поступку ЈН број К 430/2019, за партију број 2, наведени понуђач, је понудио исто добро као и у поменутој ЈН број К118/2019 (термопластична маска за главу, типа S).

Сходно свему наведеном, имајући у виду да техничке карактеристике понуђене маске нису у складу са техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном документацијом, те да је услед тога понуђена маска приликом тестирања показала неодговарајуће перформансе, стручна комисија наручиоца понуду за партију бр. 2, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија као неприхватљиву.

| Редни број партије | Назив добра | Јединица мере | Количина | ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------|---|------------|
| | | | | "ENGEL" д.о.о. – Нови Сад 2111/19 од 21.11.2019. год. | |
| | | | | Јединична цена дин/јед. мере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Термопластична маска за главу типа S | ком. | 100 | 3.482,00 | 348.200,00 |

❖ Понуда понуђача „MAGNA PHARMACIA“ д.о.о. – Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партије бр. 2 и 3 из разлога што понуђене цене превазилазе процењену вредност наручиоца за предметне партије.

| Редни број партије | Назив добра | Јединица мере | Количина | ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--|------------|
| | | | | "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. – Београд 2006 од 13.11.2019. год. | |
| | | | | Јединична цена дин/јед. мере | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Термопластична маска за главу типа S | ком. | 100 | 5.178,88 | 517.888,00 |
| 3 | Термопластична маска за главу | ком. | 100 | 3.259,43 | 325.943,00 |

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

| Редни број партије | Понуђач | Укупна понуђена вредност по партији без ПДВ-а |
|--------------------|---------------------------|---|
| 2 | „ORTHOAID“ д.о.о. Београд | 403.200,00 |
| 3 | „ENGEL“ д.о.о., Нови Сад | 247.600,00 |
| | „ORTHOAID“ д.о.о. Београд | 252.480,00 |

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са условима утврђеним у конкурсној документацији и применом критеријума донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

