



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.1.2020.

БРОЈ: 33

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 91-4
Број јавне набавке К544/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

На основу члана 63. Закона о ЈН молимо ва да нам пружите додатне информације и појашњења у вези са објављеном техничком спецификацијом у оквиру конкурсне документације за партију број 1. ЕЕГ АПАРАТ

1. Наше питање се односи на ставку под 4.2. која гласи :
4.2. „Засебно (одвојено од колица) постоље за еег појачало и фото стимулатор“.

Молимо наручиоца да овако дефинисано постоље које има улогу држача за појачало и фото стимулатор, преформулише на начин, који ни у чему неће умањити перформансе система као таквог, нити његову функционалност:

4.2. Појачало и фото стимулатор морају бити монтирани на одговарајућем постољу на колицима или засебно.

На овај начин наручилац би проширио конкуренцију и испоштовао члан 10. Закона о јавним набавкама, а то је Начело о обезбеђењу конкуренције.

2. Друго питање се односи на тачку 12. Потрошни материјал, јер под 12.2. наручилац захтева:
„12.2. Диск електроде пречника 9 мм, 5 ком.“.

Молимо наручиоца да захтев да димензија диск електроде буде 9 мм, буде проширен за одступање од 1 мм, јер то не утиче на квалитет рада нити на функционалност рада, тако да би овај захтев гласио:

12.2. Диск електроде пречника 9 мм (+/- 1 мм), 5 ком.

ОДГОВОРИ:

1. Постојећи ЕЕГ кабинет у Клиници за психијатрију се састоји од релативно мале кабине за снимање пацијента и друге веће просторије намењене за смештај аквизиционе станице. Из тог разлога је неопходно да физички буду раздвојени сталак на коме се налазе еег појачало и фотостимулатор (који се налази у кабини уз пацијента) и аквизициона ЕЕГ станица (која се налази у другој одвојеној просторији).
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

Споштовањем,

