



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.1.2020.

БРОЈ: 81

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 91-4
Број јавне набавке К544/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Kao zainteresovani ponuđač obraćamo Vam se sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku K544/2019 sa sledećim pitanjima:

U tački broj 1 je navedenena sledeća tehnička karakteristika "TFT LCD "Touch Screen" ekranu u boji, koji prikazuje istovremeno svih 12 EKG odvoda". Takođe, u tački broj 5 je navedena tehnička karakteristika "Integrisana alfanumerička tastatura za unos podataka" čija je namena ekvivalentna "Touch Screen" funkciji i predstavlja praktičnije rešenje za rutinski rad u kliničkim uslovima.

1. Pitanje: Da li će za naručioca biti prihvatljivo ukoliko se ponudi EKG aparat koji poseduje TFT LCD ekran u boji, koji prikazuje istovremeno svih 12 EKG odvoda, bez "Touch Screen" funkcije?

U tački broj 25 je navedenena sledeća tehnička karakteristika "Mogućnost dodavanja eksternog miša i USB tastature za unos podataka o pacijentu".

Prethodno je u tački broj 5 navedena tehnička karakteristika "Integrisana alfanumerička tastatura za unos podataka", a u tački 24 je navedena tehnička karakteristika "Mogućnost povezivanja sa PC računаром помоћу LAN или USB прикључка". U oba ova slučaja je moguće vršiti unos podataka o pacijentu što je ekvivalentno opcionom rešenju kod koga se koriste eksterni miš i tastatura.

2. Pitanje: Budući da se unos podataka vrši putem integrisane alfanumeričke tastature uz mogućnost povezivanja sa PC računаром помоћу LAN или USB прикључка da li je za naručioca prihvatljivo ponuditi aparat bez dodavanja eksternog miša i USB tastature za unos podataka o pacijentu?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

Споштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ