



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.1.2020.

БРОЈ: 82

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 91-4
Број јавне набавке К544/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

У вези са објављеном конкурсном документацијом, у делу техничке спецификације у оквиру конкурсне документације за партију бр. 1. ЕЕГ апарат молимо вас да нам пружите додатне информације:

1. Наше питање се односи на ставку под редним бројем 9. која гласи:

9. Desktop, brand računар, stanica за čitanje

9.1. Windows operativni sistem Microsoft Windows 7 Profess ili noviji

9.2. Microsoft office 2016 ili noviji

И на тачку 10., где се горе наведено понавља, али се још додају ставке од 10.3. до 10.10. које прецизирају карактеристике рачунара потребног за станицу за читање.

10.1. Desktop, brand name računар, stanica за čitanje...

... карактеристике наведене од 10.1. до ...

... 10.10 Ласерски црно-бели принтер

Из горе цитираног није јасно, да ли се ради о грешци у техничкој спецификацији, тј, колико станица за читање захтева наручилац, две или једну?

ОДГОВОР:

1. Наручилац захтева једну радну станицу. Услед израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке, и наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

Споштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ