



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД , Пастерова 2  
СРБИЈА

---

Број: 595

Датум: 19.04.2019. год.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Услуге одржавања – рендген апарати, произвођача Siemens , број јавне набавке: T177/2019**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.04.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊА:**

„На страни 22 од 56 конкурсне документације у Напомени предлажемо да се дода следеће:

1. „за апарате Arcadis Orbic 3D и Arcadis Varic је истекла обавеза произвођача за расположивост резервних делова. У случају да током важења уговора извршилац не буде у могућности да испоручи потребан резервни део, у обавези је да то докаже оригиналном изјавом произвођача опреме о немогућности испоруке конкретног резервног дела.
2. Понуђене цене се односе искључиво на нове, оригиналне резервне делове. Све замењене (неисправне) резервне делове преузима понуђач, а цене даје под тим условима.“

**ОДГОВОРИ:**

1. Наручилац истиче да је Ваш предлог садржан у прилогу бр. 3 конкурсне документације и налази се на страни бр. 22 од 56 у Напомени.
2. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**