

4129/1  
22 05 19 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим :

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens;**  
**Бр. јавне набавке T177/2019**

**ОБУСТАВЉА СЕ** поступак број T177/2019, Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens из разлога што је поднета понуда неприхватљива.

Трошкови припреме и подношења понуде иду на терет понуђача.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Наручилац је дана 11.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку у складу са чл. 32. ЗЈН за набавку Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens, бр. 5320, ознака из општег речника набавке 50421000 – Услуге поправке и одржавања медицинске опреме.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: конто – 4252

Редни број из Плана јавних набавки: медицинска опрема – позиција 151;

Процењена вредност јавне набавке: **2.200.000,00** динара без ПДВ-а

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 13.05.2019. год.

У предметном поступку јавне набавке учешће је узео 1 (један) понуђач и то: **Siemens Healthcare д.о.о., Београд, Омладинских бригада бр. 90в, Нови Београд.**

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Одбија се понуда понуђача Siemens Healthcare д.о.о., Београд, бр. ПБ С 208/19 од 13.05.2019. год. као неприхватљива, из разлога што понуђач није испунио захтев из прилога бр. 3 конкурсне документације, тј. није попунио понуду онако како је наручилац захтевао конкурсном документацијом.

Наиме, понуђач за наведене апарате није уписао цене сервисних интервенција и то ;

- а) Апарат Arcadis Orbic 3D i Arcadis Varic) за позиције: 4 – Замена ХСУ јединице; 5 – Замена високонапонских каблова; 8 – Замена носача рендгенске цеви; 9 – Замена мотора за транспорт касете/ замена носача касете; 14 – Замена анодног кабла и 26 – Замена кондензаторске батерије.
- б) Апарат Axiom Iconos R200 за позицију 26 – Замена интерком система.
- в) Апарат Axiom Iconos MD за позицију 26 – Замена интерком система.
- г) Апарат Axiom Multix MP за позиције: 7- Замена мотора за статив; 12- Замена мотора за транспорт касете/ замена носача касете; ,14 – Замена појачивача слике;15 – Замена ТВ камере; 17 – Замена система за управљање ; 18 – Замена SG кабла.
- д) Апарат Mobilett XP за позиције: 2 – Замена високонапонског трансформатора; 3 – Замена мотора за тилт/лифт; 5 - Замена ХСУ јединице; 6 - Замена високонапонских каблова; 7 – Замена мотора за статив; 10 – Замена пацијент плоче; 12 - Замена мотора за транспорт касете/ замена носача касете; 13 - Замена главног рачунара; 14 – Замена појачивача слике; 15 - Замена ТВ камере; 17 – Замена FD панела; 18 - Замена система за управљање и 21- Замена FC компјутера.

Понуђач	Број понуде и датум	1.1. Цена радног сата за извршене услуге дин. без пдв-а	1.2. Цена сервисних интервенција дин. без пдв-а	1.3. Укупна цена резервних делова дин. без пдв-а	1.4. Цена превентивних сервиса дин.без пдв-а	остале погодности
Siemens Healthcare д.о.о., Београд	ПБ С 208/19 од 13.05.2019.	5.500,00	5.577.000,00	129.096.315,00	1.232.000,00	нема

Ако је понуда одбијена због необичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: економски најповољнија понуда, а елемент критеријума је: Понуђена цена 100 пондера - подкритеријуми:

- Радни сат за извршене услуге 15 пондера;
- Цена сервисних интервенција 20 пондера;
- Укупна цена резервних делова 50 пондера;
- Цена превентивних сервиса 15 пондера.

С обзиром да се нису стекли услови за доделу уговора, наручилац Клинички центар Србије је донео одлуку као у диспозитиву ове Одлуке.

На основу члана 88. Став 2 о трошковима припремања понуде одлучено је као у диспозитиву.

Наручилац је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке објави Обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и Порталу службених гласила РС и база прописа (у случају да је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39.3ЈН).

Одлуку објавити:

- на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана од дана објављивања Одлуке о обустави на Порталу јавних набавки.

**В.Д. ДИРЕКТОРА  
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**  
  
**Проф. др Милика Ашанин**

