



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.09.2019.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања скенера Aquilion Prime, произвођача Toshiba и напредног система за визуелизацију ЦТ снимака Vitrea Enterprise Suite, произвођача Vital Images

Број јавне набавке Т377/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

- У измењеној конкурсној документацији за јавну набавку Услуге одржавања скенера Aquilion Prime, произвођача Toshiba и напредног система за визуелизацију ЦТ снимака Vitrea Enterprise Suite произвођача Vital Images, на страни 12 тачка 4 стоји следеће:
Уколико понуђач не изврши своју уговорну обавезу, кооја се односи на функционалност обе позиције из прилога 3 (две функционалне целине које су предмет уговора) у вредности од 95% уптимае, санкција би се израчунавала на следећи начин:...
Наведена реченица није јасна и може се тумачити различито. Претходно постављено питање се односило баш на дефинисање рачунања уптимае где је наведено и зашто уптимае треба да се рачуна одвојено.
Појашњење зашто Аптајм тиме не треба да се сабира за ова два одвојена система:
Ово су два различита система који функционишу независно, уколико не ради ЦТ Vitrea Enterprise Suite опслужује ГЕ скенер у ургентном центру и ГЕ на поликлиници. Уколико не ради ЦТ скенер документација може да се шаље на пакц и да се на њему чита/обрађује, на основу наведеног Аптајма треба рачунати одвојено.
Молимо Вас да сходно наведеним разлозима дефинишете да се уптимае рачуна одвојено за сваки систем понаособ.
- Молимо Вас да још једном размотрите захтев за достављањем комплетног ценовника резервних делова који је наведен на страни 35 конкурсне документације. За апарате који садрже више хилјада резервних делова није реално доставити комплетан ценовник. Предлажемо да за делове који нису наведени а потребно их је заменити да се доставља извод из ценовника.

Одговор:

- На претходно упућен захтев за додатне информације – појашњење конкурсне документације (од 19.09.2019. г.) смо одговорили недвосмислено да се за сваку функционалну целину (позиција 1 и позиција 2) аптајм рачуна одвојено.
Дакле остајемо при претходној измени конкурсне документације од 19.09.2019. године.
- Ово је такође поновљено питање. Остајемо при свом захтеву. Број резервних делова није битан податак када се ценовник достави у електронској форми.

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**