



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.09.2019.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања скенера Aquilion Prime, произвођача Toshiba и напредног система за визуелизацију ЦТ снимака Vitrea Enterprise Suite, произвођача Vital Images

Број јавне набавке Т377/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. У конкурсној документацији за јавну набавку Услуге одржавања скенера Aquilion Prime, произвођача Toshiba и напредног система за визуелизацију ЦТ снимака Vitrea Enterprise Suite произвођача Vital Images, у истој партији се налазе оба производа.
С обзиром да су различити производи набављени путем две одвојене набавке, сматрамо да треба да буду у одвојеним партијама.
Уколико се ова два производа не раздвоје у одвојене партије потребно је стриктно дефинисати да се Аптајм рачуна одвојено за сваки производ посебно.
Ово су два различита система који функционишу независно, уколико не ради ЦТ, Vitrea Enterprise Suite опслужује ГЕ скенер у Ургентном центру и ГЕ скенер на Поликлиници.
Уколико не ради ЦТ скенер документација може да се шаље на PACS и да се на њему чита/обрађује. На основу свега наведеног, Аптајм треба рачунати одвојено.
2. На страни број 33 у табели Цене резервних делова, скенер Aquilion Prime TSX-303A/БЦ је додато поље Цене са враћањем неисправног дела.
С обзиром да се тражи понуда на месечном паушалном нивоу које подразумева мењање свих потребних резервних делова са преузимањем старих неисправних а на основу кога се и прави понуда, сматрамо да ово додатно поље није потребно и да може само да изазове забуну.
3. На страни број 35 су тражени рокови одзива и извршења услуге, сматрамо да овај део није неопходан пошто се цео уговор базира на рачунању Аптајма.
4. На страни број 35 тражи се да понуђач достави комплетан ценовник резервних делова.
Напомињемо да није реално доставити комплетан ценовник за апарат који се састоји од више хиљада резервних делова.
Предлажемо, да за делове који нису наведени а потребно их је заменити, могућност достављања извода из ценовника.

Одговор:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
2. Наручилац остаје при својим захтевима садржаним у конкурсној документацији.
3. Наручилац остаје при својим захтевима садржаним у конкурсној документацији.
4. Наручилац остаје при својим захтевима садржаним у конкурсној документацији.

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**