



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка торзионих сонди за факоемулзификацију и сонди за факоемулзификацију за Клинику за очне болести

Број јавне набавке Т413/2019

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

Сонде за факоемулзификацију компатибилне са постојећим апаратима производјача Bausch+Lomb, tip Stellaris i Stellaris PC, немају торзионе покрете врха сонде већ само лонгитудиналне. Претпостављамо да је дошло до грешке у куцању приликом описа производа па Вас молимо да исправите прилоге бр. 3, 7 и 8. за партију бр. 2.

Питање 2:

Три врха сонде, која тражите у опису производа, нису део сонде већ независни производ и купују се засебно. Цена две сонде и шест фако игала (врхова сонди) ће свакако прећи процењену вредност набавке, те вас молимо или да их избаците из ове набавке или дефинишете који тип игала (врхова сонди) вам треба и сходно томе повећате процењену вредност партије.

На постављена питања дајемо следеће одговоре:

Одговор на питање број 1.: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Одговор на питање број 2.: Наручилац остаје при свом захтеву..

21.10.2019. године

Комисија