



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 88

Датум: 21.01.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Имунолошки тестови број А04/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана **15.01.2020. године**.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје:

Одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ:

1. Обраћам Вам се поводом захтева за појашњење везано за јавну набавку број А04/2020 партија 31 ставка 1.

У конкурсној документацији за партију 31 ставка 1 сте навели „Anti GAD ELISA 96 mesta (ELISA kriva sa manje od 5 standarda)“.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понудимо ЕЛИСА кит са 6 калибратора, узимајући у обзир то да наручиоц сам може да изабере број калибратора које ће користити приликом конструисања криве?

Прихватањем ЕЛИСА кита са 6 калибратора наручиоц би за исту цену добио кит са бољим перформансама.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

