



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 93

Датум: 22.01.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. А06/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.01.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У оквиру конкурсне документације за ЈН бр. А06/2020 – Медицински потрошни материјал опште намене, за партију 13 захтевано је:

„Кецелје за једнократну употребу приликом обављања неге пацијената“

Наше питање гласи: Од ког материјала је потребно да буду кецелје?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац истиче да добро из партије бр.13 (Кецелје за једнократну употребу приликом обављања неге пацијента), треба да буде од **PE** или **PVC** материјала.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ