



KLINIČKI CENTAR SRBIJE

11000 BEOGRAD, PASTEROVA 2
REPUBLIKA SRBIJA

Број: 102

Датум: 24.01.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. А06/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.01.2020. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде.

ПИТАЊА:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, као заинтересовано лице за уčešће у поступку јавне набавке бр. **А06/2020 –Медицински потрошни материјал опште намене**, захтевамо од наручиоца додатне информације у вези са припремањем понуде, а уједно скрећемо пажњу на уочене недостатке и неправилности у предметној конкурсној документацији, те молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације.

Наручилац је у прилогubr.7 конкурсне документације – *Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара према захтеву наручиоца и техничка документација*, детаљно приказао како је групао партије у предметном поступку јавне набавке и дефинисао техничке карактеристике које предметна добра морају да задовоље. Након детаљне анализе, скрећемо пажњу на следеће уочене недостатке неправилности:

1. Наручилац је у партији бр. 6 - Потрошни материјал за Braunове пумпе модел Perfusor Space/FM, Infusomat Space/FMS, Infusomat P, захтевао чак 18 различитих ставки:

6/1	Trodelni licencirani špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa pumpom Perfusor Space	kom	25000
6/2	Transparentni trodelni licencirani špric za fotosenzitivne lekove, sa zaštitom od svetlosti do 520nm talasne dužine	kom	260
6/3	Trodelni licenciran špric od 3ml sa navojem, graduisani na 0,1mm kompatibilan sa pumpom Perfusor space pumpe	kom	6000
6/4	Trodelni licenciran špric od 5ml sa navojem, graduisani na 0,1mm kompatibilan sa pumpom Perfusor space pumpe	kom	1700
6/5	Trodelni licenciran špric od 10ml sa navojem, graduisani na 0,1mm kompatibilan sa pumpom Perfusor space pumpe	kom	1700
6/6	Trodelni licenciran špric od 20ml sa navojem, graduisani na 0,1mm kompatibilan sa pumpom Perfusor space pumpe	kom	10000
6/7	Trodelni licenciran špric od 30ml sa navojem, graduisani na 0,1mm kompatibilan sa pumpom Perfusor space pumpe	kom	1700
6/8	Univerzalni zatvarac sa spric sa luer lockom koji sadrži musko/zensku konekciju, mogućnost isporuke u minimum tri različite boje	kom	6000
6/9	Ekstenziona PVC tuba dužine 150 cm, precnika 1.5mm, bez DEHP-a	kom	12000
6/10	Ekstenziona PVC tuba dužine 250 cm, precnika 1.5mm, bez DEHP-a	kom	900
6/11	Ekstenziona PE transparentna tuba za primenu fotosenzitivnih lekova sa zaštitom od svetlosti do 520nm talasne dužine, dužine 150cm	kom	900
6/12	Ekstenziona PE tuba, dužine 150cm, prečnika 1mm ,bez PVC-a	kom	900
6/13	Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space	kom	7000
6/14	Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space dužine 300cm	kom	200
6/15	Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space za transfuziju sa filterom veličine pore 200 μm	kom	200
6/16	Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space za fotosenzitivne lekove dužine 250 cm	kom	200
6/17	Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space dužine 320 cm za administraciju enteralne ishrane sa univerzalnim adapterom	kom	200
6/18	Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space dužine 320 cm za administraciju enteralne ishrane sa kesom od 1000ml	kom	200

Наручилац је у партији бр. 6 за ставке : 6/3 , 6/4 , 6/5 у називу производа наводи да су:

Trodelni licencirani špricevi od 3ml ,5ml i 10ml sa navojem, graduisani na 0,1mm kompatibilan sa pumpom Perfusor space pumpe, а што није тачан податак, јер špricevi од 3ml , 5ml и 10 ml се и не користе за пумпе. Најмања милилитража која може да се стави у пумпу је од 20ml . Мање милилитраже немају сврху.

Овако дефинисана партија је прилагођена само једном понуђачу на територији Р. Србије, односно само један понуђач је у могућности да понуди сва добра у оквиру партије, што се јасно види и приликом претраге интернет странице ALIMS-а.

Na ovaj način naručilac je ograničio konkurenciju i onemogućio ostale ponuđače da ravnopravno učestvuju u otvorenom postupku javne nabavke.

Razumemo da je naručilac definisao tehničke specifikacije polazeći od svojih objektivnih potreba, ali razdvajanjem stavki u okviru partije, naručilac neće izgubiti na kvalitetu traženih dobara, već će isključivo omogućiti veću konkurenciju i ravnopravnu tržišnu utakmicu među ponuđačima.

Iz tog razloga molimo naručioaca da predmetnu partiju razdvoji u više partija, odnosno da stavke iz partije grupiše naspram modela pumpe. Konkretno, zahtevamo od naručioaca da stavke broj 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 i 6/7 izdvoji u posebnu partiju, jer su u pitanju trodelni špricevi koji nisu ni na koji način povezani sa ostalim stavkama iz predmetne partije.

2. Naručilac je u partiji br. 18 - Setovi za CVK i introducer setovi za potrebe Centra za anesteziju, zahtevao 9 različitih stavki:

18/1	Set za CVK dvolumenski, minimalne dužine centralnog venskog katetera 20cm, 7F, sa špricem kroz ciji klip se može plasirati zica vodilja; set treba da sadrži iglu za transdukcijску probu	kom	13000
18/2	Set za CVK trolumenski, dužine centralnog venskog katetera 15 cm, 16 cm ili 20 cm, 7F, sa špricem kroz ciji klip se može plasirati zica vodilja; set treba da sadrži iglu za transdukcijскую probu	kom	2600
18/3	Set za CVK dvolumenski antibakterijski obložen hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom dijametra 7F, dužine 20 cm	kom	1800
18/4	Set za CVK visokoprotčni dvolumenski sa ulazom za plućni arterijski kateter ili privremenu sondu za elektrostimulaciju srca, antibakterijski, obložen hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom	kom	1400
18/5	CVK dvolumenski dijametra 5Fr 13cm u setu sa žicom vodiljom .021" dužine 45cm, iglom za uvođenje 20 Ga dužine 3.81 cm, kateterom za uvođenje 20 Ga 4,45 cm preko igle od 22 Ga, špricem 5ml i dva dilatora	kom	80
18/6	Set za CVK kateter za hemodijalizu, dijametra 12F, dužine 15-16 cm	kom	2000
18/7	Set za CVK kateter za hemodijalizu obložen hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom, dijametra 12F, dužine 15-16 cm	kom	80
18/8	Swan-Ganz kateter 7.5F, petolumenski, dužine 110cm, termodilucioni, kompatibilan sa setom za visokoprotčni dvolumenski CVK	kom	120
18/9	Perkutani sheath introducer set sa integrisanom hemostatskom valvulom dimenzije 8,5 F i 10 cm (za Swan-Ganz kateter od 7-7,5 F)	kom	600

Ovako definisana partija je prilagođena samo jednom ponuđaču na teritoriji R. Srbije, odnosno samo jedan ponuđač je u mogućnosti da ponudi sva dobra u okviru partije, što se jasno vidi i prilikom pretrage internet stranice ALIMS-a.

Na ovaj način naručilac je ograničio konkurenciju i onemogućio ostale ponuđače da ravnopravno učestvuju u otvorenom postupku javne nabavke.

Naručilac je u okviru iste partije zahtevao i set za CVK, i Swan – Ganz katetere i introducer set. Molimo naručioaca da nam pojasni kliničku opravdanost ovako definisane partije?

Ovako definisane stavke u okviru partije ne predstavljaju logičnu celinu, te molimo naručioaca da izvrši izmenu konkursne dokumentaciji, i to tako što će stavke 18/8 i 18/9 izdvojiti u posebnu partiju.

Razumemo da je naručilac definisao tehničke specifikacije polazeći od svojih objektivnih potreba, ali razdvajanjem stavki u okviru partije, naručilac neće izgubiti na kvalitetu traženih dobara, već će isključivo omogućiti veću konkurenciju i ravnopravnu tržišnu utakmicu među ponuđačima.

3. U okviru partije br. 23 - Set arterijski kateterizacioni 20G ili 3F, dužina 5 ili 6 cm i 8 cm, žica vodilja, i igla za uvođenje, naručilac je zahtevao različite dužine 5cm ili 6cm, i 8cm. Molimo naručioaca da definiše koliko komada mu je potrebno u dužini od 5cm ili 6cm, odnosno 8cm? Obzirom da se dužina od 8cm vrlo retko koristi, molimo naručioaca da izmeni konkursnu dokumentaciju i da dužinu od 8 cm izdvoji u posebnu partiju.

Napominjemo da naručilac na ovaj način neće menjati zahtevane minimalne tehničke karakteristike, već će isključivo omogućiti veću konkurenciju i jednakost među ponuđačima.

4. Naručilac je u okviru partije br. 65 - Set za perkutanu traheostomu i traheostomska kanila, zahtevao Set za perkutanu traheostomu metodom sa forcepsom (Set sadrži forceps, traheostomsku kanilu, zicani vodici, spric, skalpel). Da li će naručilac prihvatiti Set za perkutanu traheostomu Seldinger metodom bez forcepsa?

5. Opšte je poznato da je set za perkutanu traheostomu Seldinger metodom bez forcepsa set novije generacije, jednostavnije za plasiranje i sto je najvažnije manje je traumatičan za pacijente. Kao potencijalni ponuđač verujemo da je vama kao zdravstvenoj ustanovi najvišeg nivoa zdravstvene zaštite pre svega najvažnije da za opredeljeni novac dobijete dobra najvećeg kvaliteta, kako bi pacijentima pružili najbolju zdravstvenu negu. U skladu sa tim, molimo vas da prihvatite Set za perkutanu traheostomu sa Seldinger metodom (ubacivanje trahealne kanile uz pomoć igle, žice i dilatora metodom koju koristi anestezija u svakodnevnom radu za plasiranje CVK) bez forcepsa.

6. **Naručilac je u partiji br. 78 zahtevao sledeće : Jednokratne igle za ilijačnu ili sterilnu aspiraciju kostne srži, sa ergonomskom drškom, limiterom dubine i vrhom sa trostrukom oštricom, dijametra 14G, 15G, dužine 10/75mm (tolerancija dužine do 15%).**

Molimo naručioca da pojasni šta je mislio pod tolerancija dužine do 15%?

Ovim pitanjem želimo da skrenemo pažnju da ukoliko dozvolite klizanje do 15% u minus dobijaćete igle od 63mm koje neće biti dovoljno dugačke da se uzima uzorak od gojaznih pacijenata.

7. **Naručilac je u partiji br. 85 - Kapice za konektore, zahtevao sledeće:**

85/1	Kapica za beziglene konektore, na traci od folije, sadrzi 70% izopropil alkohol, traka sa obe strane sa mogucnoscu kacenja na stalak; dezinfekcija pripoja u roku od 1 minuta, obezbedjuje zastitu od kontaminacije do 7 dana, omogucava vizuelnu potvrdu da je pripoj dezinfikovani.	kom	10000
85/2	Kapica za zenske luer lock konektore, na traci od folije, sadrzi 70% izopropil alkohol, traka sa obe strane sa mogucnoscu kacenja na stalak; dezinfekcija pripoja u roku od 1 minuta, obezbedjuje zastitu od kontaminacije do 7 dana, omogucava vizuelnu potvrdu da je pripoj dezinfikovani.	kom	5000
85/3	Kapica za muske luer lock konektore, na traci od folije, sadrzi 70% izopropil alkohol, traka sa jedne strane sa mogucnoscu kacenja na stalak; dezinfekcija pripoja u roku od 1 minuta, obezbedjuje zastitu od kontaminacije do 7 dana, omogucava vizuelnu potvrdu da je pripoj dezinfikovani.	kom	2500

Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije na način da svaka stavka predstavlja posebnu partiju, a u cilju obezbeđenja konkurencija, kako bi što više zainteresovanih lica moglo da podnese odgovarajuće ponude.

Napominjemo da podelom na više partije, naručilac ne gubi na kvalitetu traženih kapica, jer neće promeniti tehnički opis dobara.

Opisivanjem dobara na tačno određeni način naručilac iskazuje svoju objektivnu potrebu za određenim kvalitetom, ali gupisanje više stavki u okviru iste partije nikako ne može predstavljati objektivnu potrebu naručioca!

Na kraju, skrećemo pažnju da je u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je veću konkurenciju. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorских tehničkih specifikacija, odnosno grupisanjem više stavki u okviru iste partije, kako bi se omogućilo učešće tačno određenom ponuđaču.

Takođe, u skladu sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama, naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.

Posebnu pažnju skrećemo naručiocu na član 169. Zakona o javnim nabavkama, koji predviđa novčanu kaznu za naručioca, u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara, ukoliko ne odgovori na sva zahteva dodatna pojašnjenja koja se odnose na predmetnu konkursnu dokumentaciju, kao i ukoliko ne izmeni i objavi konkursnu dokumentaciju u Zakonom predviđenim rokovima. Za ove prekršaje Zakon o javnim nabavkama predviđa i novčanu kaznu za odgovorno lice naručioca u iznosu od 30.000,00 do 80.000,00 dinara.

Ukoliko naručilac ne izmeni konkursnu dokumentaciju, bićemo prinuđeni da, u skladu sa članom 149. Zakona o javnim nabavkama, uložimo Zahtev za zaštitu prava.

ОДГОВОРИ:

1. С обзиром да постоје наведене пумпе на различитим клиникама у оквиру КЦС, због различитих терапијских профила потребни су и шприцеви различитих величина. На одељењима као што су педијатријска или неонатолошка, где се ради о изузетно ниским телесним тежинама пацијената, дају се мали волумени лекова па је због прецизности испоруке лека од велике важности да се користе управо шприцеви малих волумена од 3, 5 или 10ml, нарочито када су у питању потентни лекови чије је дозирање у малом волумену тачно одређеном брзином.

Такође, неопходно је коришћење шприцева лиценцираних на горе наведеним пумпама, јер у противном испорука терапије није сигурна и безбедна за пацијента. За ове пумпе постоји више лиценцираних произвођача шприцева, тако да наручилац остаје при објективно израженим потребама у конкурсној документацији.

2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

3. Наручилац напомиње да остаје при захтевима из конкурсне документације, јер није могуће прецизно дефинисати колико комада је потребно у којој дужини. Наиме, сет артеријски катетеризациони дужине 8cm се користи у свакодневном раду за катетеризацију брахијалне и феморалне артерије, посебно код гојазних особа код којих сетови мање дужине нису одговарајући. Количине потребних сетова нису фиксне, па је наручилац, с обзиром да се спроводи јавна набавка- оквирни споразум на 2 године, своје потребе дефинисао једном партијом у циљу адекватног снабдевања у току те две године.

4. Наручилац није у могућности да прихвати Set za perkutanu traheostomu Seldinger metodom bez forcepsa.
5. Сет за перкутану трахеостому са форцепсом такође се пласира коришћењем Seldinger tehnike. Форцепс служи за дилатацију претрахеалног ткива и штити задњи зид трахеје од оштећења. Уколико се користи дилататор код пацијената који имају дебљи врат и дубок положај трахеје, она се често не може достићи а код плитког положаја трахеје може доћи и до оштећења задњег зида.
6. Наручилац је свестан димензија игала за аспирацију костне сржи као и могућности које исте игле пружају при толеранцији од 15%. За оне пацијенте за које не буде могуће радити аспирацију због "кратке" игле, узорци ће бити аспирирани кроз игле за биопсију чија је дужина 10 и 15cm и стога наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
7. Приликом израде конкурсне документације, наручилац се водио својим објективним потребама који се пре свега односе на најтеже и најкомплексније пацијенте који се лече у оквиру КЦС. Све ставке у оквиру партије су у логичној вези а више заинтересованих лица може да поднесе одговарајуће понуде, због чега наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU