



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 115
Датум: 28.01.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Затворени системи за узорковање крви број А08/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана **16.01.2020. године**.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје:

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ:

- Поштовани,
Молимо Вас да у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број А08/2020 – Затворени систем за узорковање крви а за партију 5 – Сет за узимање пуне крви за гасне анализе:
У оквиру партије 5 набавља се добро описа „Сет за узимање крви за гасне анализе (шприц са хепарином, заштитни поклопац)“ у количини од 240.000 комада, уз напомену да сет треба да садржи хепарин у концентрацији 12-50 IU/mL крви.
У појединим узорцима крви могу се јавити коагулуми који утичу на квалитет добијеног резултата и узрокују запушење игле и црева гасног анализатора. Код таквих узорака препорука произвођача гасних анализатора и сета за узимање крви за гасне анализе је употреба адаптера за хватање коагулума који се ставља на врх шприца са хепарином и спречава да коагулум доспе у апарат за гасне анализе.
У складу са наведеним, молимо да дефинишете да ли је потребно да се у оквиру партије 5 понуди и медицинско средство „адаптер за хватање коагулума“ у одређеној количини (нпр. ~1% од тражене количине сетова) који је од истог произвођача као понуђени сет за узимање крви за гасне анализе (због компатибилности) при чему не би дошло до промене буџета предвиђеног за партију 5?

ОДГОВОР:

- Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на партију број 5.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

