



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 155
Датум: 03.02.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Затворени системи за узорковање крви број А08/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана **16.01.2020. године**.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје:

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ:

1. Поштовани,
молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке: Затворени системи за узорковање крви, ЈН бр. А08/2020, а у вези захтеваних техничких карактеристика везаних за Партију бр. 5 – Сет за узимање пуне крви за гасне анализе. Наиме, дана 28.01.2020. године Наручилац Клинички центар Србије објавио је измену конкурсне документације за поменуту партију и тиме је потпуно затворио за само једног Понуђача додељивањем новог дискриминаторског услова који у потпуности елиминира све остале заинтересоване понуђаче, што је супротно члану 10. и члану 12. ЗЈН.

Члан 10. ЗЈН

„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“

Члан 12. ЗЈН

„Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује услове које би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.“

На основу сугестије које је упутио заинтересовани Понуђач комисија за јавне набавке Клиничког центра Србије исту је уважила и изменила Партију бр. 5 додавањем спецификације да је уз сет за узимање пуне крви за гасне анализе потребно доставити и „адаптер за хватање коагулума у количини од 1% од захтеване количине сетова“. Како Клинички центар Србије, као и остале здравствене уставнове широм Републике Србије, годинама набављају сетове за узимање пуне крви за гасне анализе без траженог додатка, поставља се питање зашто је техничка спецификација измењана пред само отварање тендера? Уколико је заиста постојала потреба за овим адаптером, како се наводи у количини од 1%, Наручилац је могао у засебној партији измести одређену количину овог добра и тиме омогућити једнаке услове за све заинтересоване понуђаче.

Овако дефинисана спецификација, коју је Наручилац усвојио на сугестију заинтересованог Понуђача, у потпуности крши више чланова ЗЈН и може довести до подношења Захтева за заштиту права неког од осталих потенцијалних Понуђача, јер техничку спецификацију може креирати искључиво и само Наручилац. Анализом тржишта дошли смо до податка да је овај на овај специфични захтев само један понуђач у могућности да одговори и самим тим би и набавка овог артикла била знатно виша.

У складу са горе наведеним наше питање за Партију бр. 5 – Сет за узимање пуне крви за гасне анализе гласи:

Да ли је могуће да се из партије бр. 5 – адаптер за хватање коагулума измести у засебну партију? Усвајањем наше примедбе спецификација сетова за узимање пуне крви би се прилагодила осталим заинтересованим понуђачима, јер овако дефинисана спецификација одговара само једном Понуђачу?

ОДГОВОР:

1. Наручилац није у могућности да у складу са постављеним питањем изврши измену конкурсне документације у делу који се односи на партију број 5 из разлога што је неопходно да адаптер за хватање коагулума буде од истог произвођача као и шприц са хепарином, због компатибилности приликом коришћења.