



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 06.04.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији бр. А132/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 23.03.2020. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У тендерској документацији под партијом број 4, ставка 1, дефинисана је “Програмабилна валвула за дренажу ликвора са контролом вишестепеног притиска отварања од 30 до 200mm H₂O, са обавезном могућношћу екстерне регулације 18 нивоа притиска посебним уређајем-спољашњи покретни систем”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди програмабилна валвула најновиј егенерације за дренажу ликвора са контролом вишестепеног притиска отварања од 25 до 215 200mm H₂O, са обавезном могућношћу екстерне регулације 8 нивоа притиска, од кога један представља виртуелно гашење валвуле (минимални притисак 400mm H₂O) уз обавезно достављање програматора неопходних за програмирање.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на партију 4.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ