



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Датум: 06.04.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Тестови за одређивање крвних група бр. А152/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 24.03.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

Како сте навели у тендерској спецификацији да ставка 25/5 - **Panel eritrocita 0.8% za identifikaciju antieritrocitnih antitela na GEL karticama sa najmanje 15 različitih ćelijskih suspenzija**, молимо за појашњење:

1. Да ли ће бити прихватљиво да у партији 5., за ставку 25/5 понудимо - **Panel eritrocita 0.8% za identifikaciju antieritrocitnih antitela na GEL karticama sa najmanje 11 različitih ćelijskih suspenzija**, које сте користили у педходним годинама без проблема у раду?
2. Ако остајете при својим захтевима молимо Вас да ставку 25/5 издвигите из партије 5. како би у складу са ЗЈН члан 10. – начело обезбеђења конкуренције, омогућили да у предметној партији учествују и остали понуђачи а не само 1 чиме ће конкурентност бити обезбеђена, а истовремено за остале ставке из партије обезбедили најповољнију понуду, што је основно начело Закона о јавним набавкама.

**ОДГОВОР:**

1. Већи број суспензија еритроцита омогућава лакшу и прецизнију идентификацију антиеритроцитних антитела у односу на мањи број, због чега наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
2. Због компатибилности пратећих компоненти партије 25, потребно је да све ставке у оквиру наведене партије буду од истог произвођача, због чега наручилац није у могућности да ставку 25/5 издвоји у засебну партију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ