



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 07.04.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију бр. А159/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 27.03.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. За партију број 120 - brzi hromatografski test za dokazivanje toksina A+B захтевано је да ниво детекције токсина Б буде 0,7ng/ml или ниже.

Да ли је прихватљиво понудити тест коме је ниво детекције токсина Б 1ng/ml?

Свакако се уз документацију доставља паковање теста на проверу, па ћете моћи да проверите квалитет тестова.

ОДГОВОР:

1. Наручилац напомиње да остаје при свом захтеву из конкурсне документације за партију бр.120, јер нижи детекциони лимит теста омогућава наручиоцу детекцију већег броја позитивних узорака са мањом концентрацијом узрочника.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ