



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 551

Датум: 18.05.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију бр. А186/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 06.05.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је за наручиоца за партију бр.6 прихватљив Transradijalni uvodnik sa hidrofилним omotačem, dužine 11 i 16 cm veličine 5, 6 i 7 Fr?

ОДГОВОР:

1. Наручилац истиче да је прихватљива дужина трансрадијалног уводника 11 и 16см, једнако као и дужина уводника од 10 и 16см, с обзиром да то не прави разлику у сали. Такође, прихватљив је хидрофилни омотач уместо М омотача. Међутим, инсистирамо на томе да постоји ултра танки зид уводника, који омогућава смањење спољашњег дијаметра уводника за 1 Fr, и тиме дозвољава повећање унутрашњег лумена уводника и употребу материјала који је за 1 Fr већи у односу на спољашњи дијаметар уводника, чиме би се у ствари омогућило да се гајдинг катетер од 7 F стави кроз уводник од 6F, односно гајдинг катетер од 6F кроз уводник од 5 F.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ