



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:597

Датум: 11.06.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – СПЕЦИФИЧНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈУ бр. А204/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.06.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Молимо за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Специфичног потрошног материјала за потребе Клинике за гастроентерологију, ЈН А204/2020, а у вези техничке спецификације за партију 19-Balon за bilijarnu dilataciju.

Да ли је за наручиоца прихватљив Balon за bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 55 mm, spoljni prečnik 6 mm (radna dužina 2400mm, min. radni kanal 2,8mm)?

ОДГОВОР:

1. Наручилац напомиње да остаје при свом захтеву из конкурсне документације за партију бр.19, из разлога што балон дужине 55mm има мању манипулативну могућност због саме технике ERCP-а. Радна дужина 2400mm не би представљала проблем али дужина самог балона није адекватна потребама наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ