



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 23.06.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за потребе неонатологије бр. К226/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 12.06.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија број 2 – Потрошни материјал за пулсни оксиметар OXI Max Nellcor (N560):

- Молимо Вас да детаљније опишете спецификацију за тражени производ – тј. да таксативно наведете телесну тежину пацијената на којима ће се примењивати тражени сензор за пулсну оксиметрију.

ОДГОВОР:

1. Сензор за пулсну оксиметрију ће бити примењиван код новорођенчади телесне масе у распону од 400 до 4500 г.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ