



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.6.2020.

БРОЈ: 633

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ  
Број јавне набавке К244/2020**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊЕ:**

1. Питање: Партија 3, Ставка 3.2: У техничкој спецификацији захтевана је димензије равних ролни 21цм x 70м, обзиром да је наведена димензија престала да се производи 01.03.2020., молимо Наручиоца да изврши измену димензије равне ролне. Заменска димензија: Уместо 21цм x 70м сада је 22цм x 70м. Молимо Наручиоца да размотри нас предлог о измени димензије.

**ОДГОВОР:**

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**