



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 12596/1

2. 09. 2020 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ДЕФИБРИЛАТОР

Број јавне набавке К270/2020

Врста поступка: отворени

Наручилац уговор о јавној набавци додељује:

Понуђачу „TRIVAX VV” д.о.о. – Београд, у укупном износу од 430.834.00 динара без ПДВ-а, односно 517.000.80 динара са ПДВ-ом, чија понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива

Редни број	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„TRIVAX VV” – Београд 700/20 од 24.8.2020. <small>Јединична цена дин/јед. мере</small>	
1	2	3	4	5	
1	Дефибрилатор	КОМ	1	430,834.00	430,834.00
УКУПНО без ПДВ-а:				430,834.00	
ПДВ 20%:				86,166.80	
УКУПНО са ПДВ-ом:				517,000.80	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 30.6.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара Бронхоскоп, бр. 9167, ознака из општег речника набавке 33100000 – Медицинска опрема.

Подаци из Плана набавки: Редни број 96.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији conto – 5125.

Процењена вредност јавне набавке износи 431.673,00 динара без ПДВ-а.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 24.8.2020. године, са почетком у 12:15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 879.

Основни подаци о понуђачу:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 2 (два) понуђача и то:

1. „DEM“ д.о.о., ул. Раковачка бр. 32, 21000 Нови Сад;
2. „TRIVAX VV“ д.о.о., ул. Трише Кацлеровића бр. 24а, 11000 Београд;

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:

❖ Понуда понуђача „DEM” д.о.о. - Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, одбија се као неприхватљива, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике, због чега се његова понуда не може сматрати одговарајућом у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Наиме, конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 предвиђене су техничке карактеристике, а тачком 6. овог Прилога, предвиђена је дужност понуђача да уз понуду доставе одговарајући проспектни материјал о техничким карактеристикама понуђених предметних добара из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је, као доказ за техничке карактеристике понуђеног дефибрилатора, понуђач доставио каталог дефибрилатора као и упутство за употребу. Међутим, из достављених доказа је утврђено да не испуњава следеће захтеване техничке карактеристике :

- Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, меморисање у интерној меморији и могућност накнадног штампања. Трајање ЕКГ криве минимум 10с пре и 10с после дефибрилације (укупно мин. 20с);

- Уграђен визуелни водич са упутствима за поступање у случају појаве техничког аларма;
 - Радна температура у опсегу од -5 до +45°C или шире;
 - Ниво заштите IP44 или бољи;
 - Заштита од вибрација по стандарду EN1789 или одговарајући;
 - Испуњење одговарајућег стандарда за транспорт у хеликоптеру;
- Због наведеног, понуда понуђача „DEM“ д.о.о. - Нови Сад, не може се сматрати одговарајућом у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Редни број	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„DEM“ д.о.о. - Нови Сад 71 од 18.8.2020. Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
1	Дефибрилатор	ком	1	430,000.00	430,000.00

7. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА
8. Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.
Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин - жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.
9. Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Редни број	Понуђач	Укупна понуђена вредност по партији без ПДВ-а
1	„TRIVAX VV“ д.о.о. – Београд	430.834,00

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са условима утврђеним у конкурсној документацији и применом критеријума донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин

