



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.08.2020.
БРОЈ: 848

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – КРЕВЕТИ И НАТКАСНЕ**
Број јавне набавке К308/2020

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“ и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Ставка 1 - Болнички кревет за општу употребу - под позицијом број 6 наведено је "Максимална висина душека 16 цм +/- 2%", а под позицијом 14 - наведено је "стандардних димензија 200x90x14 цм +/-2%".
Молимо Вас да наведете која је захтевана висина душека 14 цм или 16 цм пошто су наведена два различита податка из којих се не може јасно закључити
2. Код ставке 1 - Болнички кревет за општи употребу не помињу се бочне ограде, те Вас молимо да наведете да ли се кревети испоручују без бочних ограда.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Кревети за општу негу се испоручују без бочних ограда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ