



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.2.2020.

БРОЈ: 218

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)**  
**Број јавне набавке КМ18/2020**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питање :**

1. Da li možete pojasniti zbog čega su zahtevane Zaštitne rukavice za rad sa citostaticima (partija br. 6 ) a kao tehnička karakteristika je naveden standard EN ISO 21171:2006?  
Standard EN ISO 21171:2006 je za Medicinske rukavice – Određivanje odstranjenog površinskog puderta (Medical gloves – Determination of removable surface powder (ISO 21171:2006).  
Zatim, AQL 0,65 (prihvatljiv limit kvaliteta) je u skladu sa standardom EN 455-1 koji je takođe samo za Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu – Zahtevi i metode ispitivanja za postojanje rupa (Medical gloves for single use – Part 1: Requierments and testing for freedom from holes).  
Dakle, tražena dobra su zaštitne rukavice a pozivate se na kriterijume za vrednovanje isključivo medicinskih rukavica.

**Одговор :**

1. Standrad EN374-2 obavezuje proizvođača da testira rukavice na adekvatan i propisan način i definiše AQL Acceptable Quality Level. Tako da nije tačno da je zahtevani AQL definisan minimalnim karakteristikama tehničke specifikacije u skladu sa standardom EN455-1.  
U skladu sa rizikom kontaminacije pri rastvaranju citotoksičnih lekova i do čega bi mogla da dovede eventualna kontaminacija prilikom primene leka kod veoma često imunosupresivnih pacijenata, stručna komisija zahteva proizvode najvišeg kvaliteta. Cilj je zaštita osoblja koji rukuje ali i zaštita proizvoda.  
Obzirom da su neophodne rukavice bez pudera koji predstavlja veliki rizik za kontaminaciju neophodno je da se rukavica testira standardom test metodom za rezidualni puder na rukavicama, što je i zahtevano konkursnom dokumentacijom.

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**